

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DT-381-20/25 z dnia 27.03.2025 r. dot. wymiany sprężarki i zbiornika ciśnieniowego dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Czy możemy zaproponować sprężarkę śrubową bezolejową?

Proponowany kompresor posiada falownik - dzięki temu jest w stanie zaoszczędzić ok 30% energii i silnik w klasie IE5 czyli najwyższej sprawności.

Stopień śrubowy wykonany ze stali nierdzewnej (konkurencja ma teflonowe), bardzo przyjazny sterownik z dużym ekranem dotykowym.

Dodatkowo sprężarki śrubowe mają większą żywotność stopnia w stosunku do spiralnej.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wymagany rodzaj sprężarki to spiralna (bezolejowa). Inne rodzaje będą uznane za niezgodne z zapytaniem.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Sekcji Gazów Medycznych
inż. Patryk Wąsik

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służby Technicznej
inż. Paweł Ficek

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028