

**Parametry techniczne: zamrażarka niskotemperaturowa typu: Eppendorf CryoCube® F570n  
(minimalne parametry techniczne)**

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
<b>Informacje ogólne</b>			
1.	Producent / Kraj	TAK, <i>podać</i>	
2.	Model / Typ (jeżeli posiada)	TAK, <i>podać</i>	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, <i>podać</i>	
4.	Oznakowanie CE potwierdzone deklaracją zgodności lub certyfikatem CE	TAK, <i>załączyć do oferty</i>	
<b>Parametry podstawowe</b>			
5.	Uchwyt, lewa strona	TAK	
6.	5 przedziałów, 5 drzwi wewnętrznych	TAK	
7.	Maksymalne obciążenie półki min. 65 kg	TAK, <i>podać</i>	
8.	Zielone ciecze chłodzące (R290 / R170)	TAK	
9.	Pojemność robocza 570 L +/- 5L	TAK, <i>podać</i>	
10.	Wymiary maksymalne (S x G x W) 115 x 90 x 195 cm	TAK, <i>podać</i>	
11.	Waga zamrażarki max. 285 kg	TAK, <i>podać</i>	
12.	Chłodzenie powietrzem	TAK	
13.	Czas schładzania do -80°C poniżej 4h	TAK, <i>podać</i>	
14.	Zmiana temperatury co 1°C	TAK	
15.	Zakres temperatury schładzania od -50°C do -86°C	TAK, <i>podać</i>	
16.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK	
17.	Automatyczny odpowietrznik umieszczony w przednich drzwiach	TAK	
18.	Wnętrze ze stali nierdzewnej	TAK	
19.	Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej	TAK	
20.	Zewnętrzne drzwi zamykane na klucz	TAK	
21.	Duży panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, port wentylacyjny, klawiaturę, lampki wskaźnikowe: spadku energii zasilania, awarii systemu, przekroczeniu zadanych wartości temperatury min. i max., niskim poziomie baterii i konieczności wymiany filtra	TAK	

22.	Zamrażarka wyposażona w dwa kaskadowe kompresory o cichej pracy	TAK	
23.	Generowany hałas zamrażarki poniżej 58 dB	TAK	
24.	Niezależnie zasilany alarm odstępowania od nastawionej temperatury lub zaniku zasilania zamrażarki	TAK	
25.	Wyświetlanie temperatury panującej w komorze wewnętrznej urządzenia na panelu kontrolnym również w przypadku braku zasilania sieciowego	TAK	
26.	Zamrażarka wyposażona w system zapobiegający przysysaniu drzwi	TAK	
27.	Blokowane kółka lub rolki w podstawie do łatwego przemieszczania urządzenia	TAK	
28.	Zamrażarka wyposażona w złącze sygnalizacji braku zasilania i odstępowania od zadanej temperatury przystosowane do podłączenia zewnętrznego systemu monitoringu	TAK	
29.	Zamrażarka przystosowana do zamontowania zewnętrznego systemu backup CO2 wyposażonego we własny kontroler mikroprocesorowy, wyświetlacz TFT, zawór ciśnieniowy sterujący przepływem CO2, sondę temperaturową, zasilacz z akumulatorem oraz obudowy ze stali pokrytej lakierem proszkowym	TAK	
<b>Dostawa, montaż, szkolenie</b>			
30.	Dostawa, montaż i uruchomienie w cenie sprzętu w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	TAK	
31.	Zapewnienie szkolenia personelu w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.	TAK	
<b>Gwarancja i serwis</b>			
32.	Gwarancja: 60 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu	TAK	
33.	W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów ( <i>jeżeli wymaga</i> )	TAK, <i>podać częstotliwość</i>	<i>Częstotliwość wymagana przez producenta: .....</i>
34.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: – instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej – paszport urządzenia w formie książeczki	TAK	

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY****DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w zapytaniu cenowym, którego celem jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia **dot. dostawy zamrażarki niskotemperaturowej typu: Eppendorf CryoCube® F570n (lub równoważnej) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach**, działając w imieniu i na rzecz firmy:

---

(nazwa i adres Wykonawcy)

Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507):

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia \_\_\_\_\_

---

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.*

Załącznik nr 3 do pisma nr DZ/AM-231-50/25

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ  
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

**Dyrekcja**  
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

**Centrala**  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028