

Nr spr. DZ/DZ-072-220/2025  
Gliwice dn. 13.01.2025r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania ofertowego na **zakup narzędzi medycznych** umieszczonego w dniu 29.12.2025r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania przekazujemy Państwu treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

### Pytanie nr 1

W związku z zapisem pkt 4 SWZ, w którym wskazano, iż próbki dotyczą pozycji **12, 15, 18, 28**, a jednocześnie w danym pakiecie występuje **25 pozycji asortymentowych**, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy próbki są wymagane obligatoryjnie na etapie składania oferty, a jeżeli tak – prosimy o jednoznaczne wskazanie, których konkretnie pozycji oraz którego zadania/pakietu dotyczą, w szczególności w odniesieniu do pozycji 12, 15, 18, 28 wskazanych w SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że doszło do omyłki we wskazaniu pozycji narzędzi. Zamawiającemu chodziło o przedstawienie próbek z pozycji 12; 15; 18; 25  
Zamawiający informuje, że próbki są wymagane obligatoryjnie na etapie składania oferty i dotyczą w przypadku zadania nr 1 pozycji 12; 15; 18; 25.

### Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści złożenie **narzędzia równoważnego funkcjonalnie**, odpowiadającego opisowi danej pozycji, w celu przeprowadzenia testów funkcyjnych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

### Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku pozycji obejmujących **kilka wariantów** (np. różne długości lub odmiany konstrukcyjne), Zamawiający dopuści, aby próbka dotyczyła **jednego reprezentatywnego wariantu**, umożliwiającego ocenę jakości wykonania oraz funkcjonalności narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści

### Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści serwis **autoryzowany przez producentów oferowanych narzędzi**, działający na terenie Polski **od ponad 20 lat**, posiadający pełne zaplecze techniczne, wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowej regeneracji i napraw

serwisowych instrumentarium chirurgicznego, **jednak nieposiadający certyfikatu ISO**, jako spełniający wymagania pkt 22–26 SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści autoryzowanych serwisów nie posiadających certyfikatu ISO

#### **Pytanie nr 5**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie powyższe, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści realizację usług serwisowych przez serwis producenta działający poza granicami Polski.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

a) Zadanie nr 1 poz. 12

Imadło chirurgiczne typ DERF z zapadką długość 120mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm. ucha złożone.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

b) Zadanie nr 1 poz. 13

Imadło chirurgiczne typ CRILLE-WOOD z zapadką długość **150 mm** część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm ucha złożone.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści

c) Zadanie nr 1 poz. 15

Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ **METZENBAUM** długość **140 mm** ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści, wymagany jest Baby- Matzenbaum

d) Zadanie nr 1 poz. 16

Szczypce kostne typ CASPAR proste branza tnąca 2mm trzpienia kleszczy **155mm**.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

e) Zadanie nr 1 poz. 17

Szczypce kostne typ CASPAR szerokość ostrza 3 mm długość trzpienia kleszczy **155 mm**.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

Nr spr. DZ/DZ-072-220/2025

Gliwice dn. 13.01.2025r.

f) Zadanie nr 1 poz. 18

Odgryzacz kostny typ CASPAR branza tnąca o szerokości 4mm długość trzpienia kleszczy **155 mm** prosty

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści

g) Zadanie nr 1 poz. 21

Elektroda igłowa prosta krótka,

Długość igły 20mm, średnica igły 0,8mm,

Przyłącze pin 4,0mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści

h) Zadanie nr 1 poz. 25

kosz stalowy z uchwytami o specjalnej falistej strukturze dna i zaokrąglonych rantach .

wymiary zewnętrzne **405 x 255 x 50mm** lub **405x253x47 mm**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści

Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi zgodnych z opisem, różnica w rozmiarze narzędzi może być maksymalnie 2-3 mm. Precyzja w doborze narzędzi chirurgicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegu i komfortu pracy. Zamawiający dopuszcza inne parametry tylko w pozycji 21 i 25.

### Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

a) Zadanie nr 4 poz. 1

lusterko laryngologiczne na rękojeści o długości 120 mm średnica 18 mm  
(wielorazowego użytku – przeznaczone do sterylizacji) – opakowanie po 5 szt.

b) Zadanie nr 4 poz. 2

lusterko laryngologiczne na rękojeści o długości 12cm., średnicy 20 mm  
(wielorazowego użytku – przeznaczone do sterylizacji) – pakowane po 5 szt.

c) Zadanie nr 4 poz. 3

uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm 5" (uchwyt z podziałką wyskalowaną w centymetrach) – uchwyt bez skalowania

d) Zadanie nr 4 poz. 5

- nożyczki preparacyjne odgięte długość 105 mm lub 115mm ostrza ostro-ostre
- e) Zadanie nr 4 poz. 6  
nożyczki preparacyjne delikatne odgięte typ METZENBAUM (baby) – długość 140 mm końce tępo-tępe
  - f) Zadanie nr 4 poz. 7  
nożyczki preparacyjne odgięte typ TOENNIS ADSON dł.180 mm końce tępo-tępe delikatne
  - g) Zadanie nr 4 poz. 11  
pinceta chirurgiczna bardzo delikatna z kołkiem naprowadzającym 1x2 zęby dł. 100mm
  - h) Zadanie nr 4 poz. 16  
pinceta chirurgiczna prosta typ GERALD końcówka robocza 1/2 ząbki długość 180 mm
  - i) Zadanie nr 4 poz. 19  
imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO z zapadką długość 180mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ucha złożone
  - j) Zadanie nr 4 poz. 20  
imadło chirurgiczne typ RYDER proste szczęki powlekane pyłkiem diamentowym do nici 5/0 i mniejszych długość 150mm -
  - k) Zadanie nr 4 poz. 23  
kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ OVERHOLTGEISSENDOERFER odgięte dł. 190 mm lub 215mm
  - l) Zadanie nr 4 poz. 24  
kleszczyki naczyniowe TYP KOCHER-OCHSNER zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 220 mm
  - m) Zadanie nr 4 poz. 31  
kleszczyki tkankowe typ CHAPUT proste część robocza 2 x 3 zęby dł. 140 mm z zamkiem połączone śrubą
  - n) Zadanie nr 4 poz. 32  
zacisk opatrunkowy typ BACKHAUS odgięty 50 stopni długość całkowita 105mm
  - o) Zadanie nr 4 poz. 35  
haczyk tęczówkowy typ ROLLET, dwu zębny.2,2 x 4,5 mm ostry dł.130 mm -  
Delikatny haczyk jednostronny Rollet, ostry, czetrozębny, wymiary 4x6 mm, dł. całk. 130 mm lub Haczyk delikatny typu Guthrie, 2-zębny, ostry, wym. 2x3 mm, dł. 130 mm
  - p) Zadanie nr 4 poz. 36  
haczyk tęczówkowy typ ROLLET, trzy zębny.2,7 x 7,0mm ostry dł.135 mm  
Delikatny haczyk, trójzębny, ostry, wymiary końcówki roboczej 5x7 mm, elastyczny szafit dł. 160 mm lub Delikatny haczyk jednostronny Rollet, ostry, czetrozębny, wymiary 4x6 mm, dł. całk. 130 mm
  - q) Zadanie nr 4 poz. 37

Nr spr. DZ/DZ-072-220/2025  
Gliwice dn. 13.01.2025r.

kleszczyki naczyniowe do anastomoz typ BABY-SATINSKY dł 160mm szczeki z nacieciami krzyżowymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:

- a) dla narzędzi o dł. całk. do 240 mm (włącznie) +/- 2 mm
- b) dla narzędzi o dł. całk. powyżej 241 mm +/- 3 mm.

Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów.

NIO w Gliwicach jest szpitalem III stopnia referencyjności, co za tym idzie wykonywane są w nim zabiegi wysoce specjalistyczne, w tym zabiegi rekonstrukcyjne i plastyczne (narzędzia przeznaczone na Salę Operacyjną Pododdziału Hospitalizacji Jednodniowej). Użytkownik prosi o dostarczenie narzędzi zgodnych z opisem, różnica w rozmiarze narzędzi może być maksymalnie 2-3 mm (a nie 10-15mm). Precyzja w doborze narzędzi chirurgicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegu i komfortu pracy.

#### **Pytanie nr 8**

Zadanie nr 4 poz. 38

Kosz stalowy z uchwytami o specjalnej falistej strukturze dna i zaokrąglonych rantach .  
wymiary zewnętrzne 403 x 250 x 55mm. - Kosz druciany, do sterylizacji do kontenerów,  
wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami, wymiary 480x255x50 mm

**Odpowiedź:** Kosz stalowy Zamawiający dopuści w rozmiarze nieco mniejszym niż podany.

Jednocześnie niniejszym pismem Zamawiający zawiadamia, że z załącznika nr 1 do ww. zapytania zostają usunięte poz. nr 19, 20, 21. W związku z powyższym udostępniona zostaje uaktualniona specyfikacja asortymentowo- cenowa dla zadania 1.



