

DZ/AA-072-2-4/26

Gliwice dnia 23.01.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zapytania ofertowego DZ/AA-072-2-4/26 z dnia 15.01.2026 r. pn. dostawa taboretu pod prysznic, parawanu teleskopowego mobilnego oraz krzesła dostawnego w ramach Projektu „Rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach” realizowany oraz współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, umowa nr KPOD.07.07-IW.07-0331/24.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 (dot. poz. 1 SAC):

Czy Zamawiający dopuści taboret o parametrach jak niżej?

Taboret pod prysznic

Cechy produktu:

- aluminiowa rama;
- szerokie siedzisko z PCV;
- boczne uchwyty przy siedzisku;
- regulowane na wysokość nóżki;
- miejsce na słuchawkę prysznicową;
- gumowe nasadki antypoślizgowe.

Dane techniczne

Szerokość całkowita: 51 cm

Głębokość: 41 cm

Wysokość siedziska: 38 - 57 cm

Wymiary siedziska: 31 x 51 cm

Waga: 1,80 kg

Maksymalne obciążenie: 136 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taboret o powyższych parametrach.

Pytanie 2 (dot. poz. 2 SAC):

Czy zamawiający dopuści parawan o parametrach jak niżej?

Parawan teleskopowy mobilny

- podstawa i maszt stalowe lakierowane proszkowo na kolor BIAŁY ; podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą
- wysięgnik ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty zasłonki,
- wysięgnik bez możliwości obrotu i regulacji wysokości

Wymiary wysięgnika:

- szerokość w stanie złożonym: 700 mm
- szerokość w stanie rozłożonym: 2000 mm

Wymiary podstawy: 730 x 430 mm [szerokość x głębokość]

Wysokość całkowita- 1700 mm

Zasłonka o wym. 200x150 cm (do wyboru)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parawan o powyższych parametrach.

W celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z udzielonymi odpowiedziami oraz złożenia oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2026 r. do godziny 10:00.