

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. **przeglądu pomp próżniowych DVP LC 305**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac wchodzących w skład przeglądu 3 pomp próżniowych DVP LC 305:

- dostarczenie i wymiana filtrów oleju,
- dostarczenie i wymiana separatorów,
- dostarczenie i wymiana filtrów powietrza lub wymiana obudowy filtra wraz z wkładem,
- dostarczenie i wymiana zestawów do zaworów wrotnych,
- sprawdzenie działania układu regulacji i zabezpieczeń,
- sprawdzenie szczelności 2 zbiorników o pojemności 1,6 m³ oraz 1 m³,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- dostarczenie i wymiana dedykowanego lub równoważnego oleju przeznaczonego do w/w pomp,
- czyszczenie naczyń obserwacyjnych,
- dostawa i wymiana 2 filtrów bakteriobójczych.

Zdjęcia tabliczek znamionowych znajdują się w załączniku nr 3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników.

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z materiałem i transportem do siedziby Zamawiającego (przegląd będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30) itp.

2. Kryterium: **cena - 100%**

3. Termin realizacji zamówienia: **prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)**

4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:

- a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
- b) **warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,**
- c) **okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),**
- d) **pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.**
- e) **oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)**

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

- 5. **Termin złożenia oferty:** do 23.01.2026 r.
- 6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
- 7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2
3. Zdjęcia tabliczek znamionowych pomp próżniowych – zał. nr 3
4. Zdjęcia filtrów bakteriobójczych i naczyń obserwacyjnych – zał. nr 4