

Nr spr. DZ/DZ-072-43/2026
Gliwice dn. 27.02.2026r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego na **sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej** umieszczonego w dniu 18.02.2026r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku z złożonym pytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia na **ww. przedmiot zamówienia** przekazujemy Państwu treść pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:

Wnoskujemy o usunięcie zapisu *W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy.*

Przedmiotem zamówienia jest m.in dzierżawa urządzenia, zatem obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienia standardu serwisu i pełnej sprawności urządzenia zgodnie z potrzebami Zamawiającego, dla zapewnienia wykonywania badań. Podsumowując żądanie wymiany po wystąpieniu trzech awarii w całym okresie trwania umowy jest bezzasadne i wnosimy o jego wykreślenie z zapisów parametrów wymaganych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu z parametrów wymaganych.

