

Nr spr. DZ/DZ-072-36/26
Gliwice dn. 19.02.2026r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania ofertowego na **zakup końcówek do noża elektrochirurgicznego dla Przychodni Przyklinicznej** umieszczonego w dniu 12.02.2026r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania przekazujemy Państwu treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 do pkt.1

Prosimy o doprecyzowanie jakiej elektrody kulkowej zamawiający wymaga/ dopuszcza ? Czy zamawiający wymaga krótkich elektrod kulkowych o średnicy trzpienia 2,4mm o średnicy 4mm, 5mm, 6mm ? i długości 40mm czy dłuższych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową, prostą śr. 4 mm, długości 40 mm, średnica trzpienia 2,4 mm

Pytanie nr 2 do poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie jakich elektrod zamawiający wymaga krótkich zwykłych czy izolowanych ? oczywiście na średnicę trzpienia 2,4mm czy dłuższych zwykłych czy izolowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową prostą, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm, średnica trzpienia 2,4 mm

Pytanie nr 3 do poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie jakich elektrod zamawiający wymaga, krótkich zwykłych czy izolowanych ? oczywiście na średnicę trzpienia 2,4mm, czy krótkich wolframowych? Czy długich?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę igłową, prostą, izolowaną, śr. 0,5 x 3 mm, wolframową, długości 40 mm, średnica trzpienia 2,4 mm

Pytanie nr 4 do poz. 1,2,3

Czy poza elektrodami zamawiający wymaga dostarczenia uchwytów monopolarnych na średnicę trzpienia 2,4mm z przyłączem 3 pinowym do każdej z pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia w/w uchwytów

Jednocześnie zawiadamiamy o wydłużeniu terminu składania ofert zmieniając dotychczasowy termin wyznaczony na dzień **19.02.2026r. (czwartek)** i wyznaczamy nowy termin składania ofert tj. **23.02.2026r. (poniedziałek)**.

