

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-20/26 z dnia 27.02.2026 r. dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do instalacji gazów medycznych i technicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie reduktora do butli tlenowej przystosowanego do pracy przy ciśnieniu wejściowym do 200 bar?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmieniając dopuszczalny zakres ciśnienia wejściowego dla reduktora do butli tlenowej: od 150 do 300 bar.