

Nr spr. DZ/DZ-072-55/26

Gliwice dn. 06.03.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DZ-072-55/2026 z dnia 04.03.2025 r. na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt 24 z tabeli Parametry wymagane (W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

