

Nr spr. DZ/DZ-072-60/26

Gliwice dn. 20.03.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DZ-072-60/2026 z dnia 13.03.2026 r. na sukcesywne dostawy przez okres 6 miesięcy materacy do łóżek szpitalnych – 150 szt. dla Działu Centralnej Sterylizacji - Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby materac był dwuwarstwowy o nośności do 180 kg i gęstości pianki HR na poziomie 65 kg/m³ i 50 kg/m³.

Czy zamawiający dopuści materac, który jest trzywarstwowy z nośnością 250 kg i gęstością pianki ECOLAST® w zakresie ok. 50kg/m³ wysokość materaca 18cm? Materac dodatkowo ma przewidywaną 7 letnią gwarancję.

Uzasadnienie: Materac składa się z 3 warstw, dzięki czemu zapewnia lepszą redystrybucję nacisku. Dodatkowo ma zwiększoną nośność, co umożliwi stosowania rozwiązania również dla pacjentów bariatrycznych. Dodatkowo konstrukcja materaca spełnia wyższą funkcję kliniczną (IV stopień odleżyn).

Czy zamawiający dopuszcza materace zaprojektowane specjalnie do profilaktyki i leczenia odleżyn do IV stopnia, które nie są wykonane z klasycznej pianki HR?

Czy dopuszczalne są materace o konstrukcji wielowarstwowej, zaprojektowane w celu minimalizacji nacisku punktowego i poprawy mikroklimatu skóry?

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wyższe funkcje użytkowe i terapeutyczne?

Porównanie pianki ECOLAST i HR:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materacy opisanych w pytaniu 1.

Pytanie 2

Posiadamy także rozwiązanie dwuwarstwowe z nośnością do 140 kg, gęstością pianki ECOLAST® na poziomie (35kg/m³ oraz 40 kg/m³) i wysokością materaca 14 cm. Materac dodatkowo ma przewidywaną 5 letnią gwarancję oraz spełnia wyższą funkcję kliniczną, gdyż może być stosowany dla pacjentów do III stopnia EPUAP.

Czy zamawiający umożliwi złożenie oferty wariantowej?

Jeżeli zamawiający nie zgodzi się na złożenie oferty wariantowej, to czy dopuści do postępowania rozwiązanie przedłożone w pkt. nr 2, czy wymóg 180 kg jest istotny i ten element nie może zostać pominięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.

Zamawiający dopuści natomiast do postępowania materace z rozwiązaniem przedłożonym w pkt. nr 2, tzn. materac powinien być dwuwarstwowy z nośnością do minimum 140 kg, gęstością pianki ECOLAST® na poziomie 40 kg/m³ i wysokością materaca minimum 14 cm. Materac dodatkowo ma przewidywaną 5 letnią gwarancję oraz spełnia wyższą funkcję kliniczną, gdyż może być stosowany dla pacjentów do III stopnia EPUAP.

Zamawiający niniejszym pismem przedłuża termin składania ofert **do dnia 24.03.2026 r.**