

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-47/26

Przeгляд i konserwacja automatycznych strzykawek firmy Bracco

Lp	Nazwa	Model	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Komórka organizacyjna	Termin realizacji przeglądu
1	Wstrzykiwacz kontrastu (przy MR Cima.X Fit)	Empower MR	M 84390	2023	Bracco	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	Pierwszy przegląd: listopad 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy)
2	Automatyczna strzykawka (przy MR Vida)	Empower MR	M82644	2018			Pierwszy przegląd: Lipiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
3	Automatyczna strzykawka kontrastu (przy MR Sola FIT)	Empower MR	M82415	2014			Pierwszy przegląd: Czerwiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
4	Automatyczna strzykawka (przy mammografie Pristina)	Empower CTA+	30011468	2018		DL/ZRDO	Pierwszy przegląd: Czerwiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
5	Automatyczna strzykawka (przy TK Edge)	Empower CTA+	30022284	2021		Pracownia Tomografii Komputerowej	Pierwszy przegląd: lipiec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy)
6	Automatyczna strzykawka (przy TK IQon)	CT Expres	T0030193-0916	2016		Pracownia Tomografii Komputerowej	Pierwszy przegląd: Lipiec 2026 Kolejne przeglądy: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
7	Automatyczna strzykawka (przy TK GO Open.pro)	CT Expres 4D	T0030767-1020	2021		DK/ZPL	Pierwszy przegląd: Czerwiec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy)

8	Automatyczna strzykawka (przy PET Biograph Vision 600)	Empower CTA+	30039086	2023		Pracownia Diagnostyki PET	Pierwszy przegląd: marzec 2027 Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (2 przeglądy w okresie trwania umowy)
---	--	--------------	----------	------	--	---------------------------	--

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- 1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
- 2) Kontrola występowania usterek zewnętrznych,
- 3) Usunięcie zauważonych drobnych usterek,
- 4) Kalibracja urządzenia,
- 5) Wymianę materiałów eksploatacyjnych , bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,
- 6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga),
- 7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
- 8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne.

Wymagania dotyczące serwisu:

Min. 1 osoba przeszkolona przez producenta sprzętu lub autoryzowaną jednostkę szkolącą – załączyć do oferty dokument potwierdzający szkolenie.

Kolejny przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie technicznym oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu.

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

SPECYFIKACJA CENOWA

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wstrzykiwacz kontrastu Empower MR s/n M 84390	usługa	2				
2	Automatyczna strzykawka Empower MR s/n M82644	usługa	3				
3	Automatyczna strzykawka kontrastu Empower MR s/n M82415	usługa	3				
4	Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30011468	usługa	3				
5	Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30022284	usługa	2				
6	Automatyczna strzykawka CT Expres s/n T0030193-0916	usługa	3				
7	Automatyczna strzykawka CT Expres 4D s/n T0030767-1020	usługa	2				
8	Automatyczna strzykawka Empower CTA+ s/n 30039086	usługa	2				
				SUMA			

Gwarancja	Ważność oferty	Termin płatności
Wybierz element.	Wybierz element.	Wybierz element.