

Gliwice dn. 21.04.2026 r.
Nr sprawy: DZ/DT-381-29-1/26

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-29/26 z dnia 14.04.2026 r. dot. wzorcowania czujników systemu monitoringu środowiska EMS SymmetrE w Zakładzie Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby urządzenia zostały wywzorcowane, jako termohigrometry, na podstawie aktualnej wartości wskazanej na wyświetlaczu, wówczas odczyt realizowany będzie bezpośrednio z wyświetlacza urządzenia, **bez pomiaru sygnału analogowego, w postaci napięcia lub prądu**? W związku z powyższym wykonywane wzorcowanie będzie się odnosić do wskazań prezentowanych przez urządzenie, a nie do wzorcowania samego przetwornika, jako elementu generującego sygnał analogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wywzorcowanie czujników temperatury (P0132) – 7 szt. poza zakresem PCA?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **zmianie ulega termin składania ofert z 21.04.2026 r. na 24.04.2026 r.**