

Nr spr. DZ/DZ-072-88/2026

Gliwice dn. 04.05.2026r.

## **DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy zapytania ofertowego nr DZ/DZ-072-88/2026 na **zakup narzędzi medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach** umieszczonego w dniu 14.04.2026r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania przekazujemy Państwu treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:** Załącznik nr 1 przedmiot 10

czy Zamawiający zaakceptuje KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT MAŁE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 14 MM 5 1/2".

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje kleszczyków o długości 14 mm.

### **Pytanie nr 2:** Załącznik nr 1 przedmiot 12

czy Zamawiający zaakceptuje IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 12MM 4 3/4"" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. UCHA ZŁOCONE.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zaakceptuje imadła z zapadką długości 12 mm

**Pytanie nr 3:** Załącznik nr 1 przedmiot 13

czy Zamawiający zaakceptuje IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 15 MM 6''' CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM UCHA ZŁOCONE.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zaakceptuje imadła z zapadką długości 15 mm

**Pytanie nr 4:** Załącznik nr 1 przedmiot 22

czy Zamawiający zaakceptuje KOSZ STALOWY Z UCHWYTAMI O SPECJALNEJ FALISTEJ STRUKTURZE DNA I ZAOKRĄGLONYCH RANTACH . WYMIARY ZEWNĘTRZNE 480 X 250 X 50MM?

**Odpowiedź:** Zamawiający akceptuje kosz o ww. parametrach.

Zamawiający mając na uwadze zbliżający się termin składania ofert niniejszym pismem wydłuża ten termin i wyznacza go na dzień **08.05.2026r. (piątek)**.

