

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/AM-231-53/26 z dnia 12.05.2026r. **na dostawę monitora do pomiarów hemodynamicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

### Pytanie 1

Pytania do pkt 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 2

Pytania do pkt 17

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści platformę wyposażoną w moduł do nieinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowane metody przetwarzania sygnału, umożliwiające rekonstrukcję krzywej ciśnienia tętniczego zarejestrowanej w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego odnoszonej do tętnicy promieniowej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.**

### Pytanie 3

Pytania do pkt 17

Pytanie 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dedykowanego modułu do zarządzania płynami, dopuszczając w zamian oprogramowanie, które umożliwia ocenę odpowiedzi hemodynamicznej pacjenta na podanie płynów (test responsywności na płyny), w oparciu o dostępne parametry hemodynamiczne?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.**

**Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert cenowych z dnia 19.05.2026r. na dzień 25.05.2026r.**