

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/AM-231-72/26 z dnia 15.06.2026r. **na dostawę wstrzykiwacza kontrastu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy: poz.10

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które nie posiada czujników wykrywających powietrze, ale system informuje użytkownika o konieczności odpowietrzenia i potwierdzenia faktu odpowietrzenia po wykonaniu tej czynności, dodatkowo dopiero po odpowietrzeniu jest możliwość przechylenia głowicy do pozycji pionowej w celu przeciwdziałania ryzyku przedostania się ewentualnego pęcherzyka do układu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy: poz.11.

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które nie posiada czujnika wykrywającego ciśnienie w systemie wężyków, ale pracuje i pozwala na pracę urządzenia max 85bar/305psi. 21 barów, programowane od 5 do 21 barów w krokach co 1 bar?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.