

DZ/AA-072-2-26/26

Gliwice dnia 07.07.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zapytania cenowego DZ/AA-072-2-26/26 z dnia 24.06.2026 r. pn. sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach z podziałem na 19 odrębnych zadań.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w zapytania cenowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. Zadania 19 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie preparatu, który nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny, i którego stawka VAT wynosi 23%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści preparat, który nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny i którego stawka VAT wynosi 23%, który będzie stosowany do usuwania resztek kleju i zaplamień z powierzchni narzędzi metodą przecierania.

Pytanie 2 dot. Zadania 19 poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu w postaci gotowego do użycia przezroczystego żelu do spryskiwania narzędzi? Zazwyczaj preparaty służące do nawilżania narzędzi nie występują w formie koncentratów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadza poprawkę do opisu preparatu, tzn. preparat powinien być wyłącznie gotowy do użycia i nie wymagający sporządzania roztworów, w opakowaniach do 1 litra, w ilości łącznej do 20 l.

Pytanie 3 dot. Zadania 19 poz. 9

Prosimy o dopuszczeni - Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przezroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, niewymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Opakowanie 650 ml z aplikatorem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz do ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godz., zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi, z potwierdzoną kompatybilnością materiałową z anodyzowanym aluminium, stalą, silikonem, miedzią, w opakowaniach po 650 ml. oraz z aplikatorem.

Pytanie 4 dot. Zadania 19 poz. 10

Prosimy o rozdzielenie opisanych produktów na dwie odrębne pozycje, z uwagi na różne stawki VAT. Opisany środek jest wyrobem niemedycznym, natomiast czyści są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tym samym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej.

Pytanie 5 dot. Zadania 19 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opisanego produktu w jednym opakowaniu po 12 kg (8,7 l)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tym samym podtrzymuje zapisy Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej.

Pytanie 6 dot. Zadania 9 poz. 2

Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w opisie działania preparatu w warunkach brudnych – jest 1000 a czy nie powinno być 10000?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że opis zawiera oczywistą omyłkę pisemną. Zamawiający wymaga działania preparatu w warunkach brudnych 10 000 ppm.

Z uwagi na złożone pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 09.07.2026 r. na dzień 10.07.2026 r.