

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wymiany sprężarki Atlas Copco SF11+

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż istniejącej sprężarki Atlas Copco SF11+ (tabliczka znamionowa w załączniku).
2. Dostawa wraz z montażem nowej sprężarki bezolejowej, wyposażonej w min. 2 bloki

Rodzaj sprężarki	Spiralna (bezolejowa)
Wydajność przy ciśnieniu pomiarowym [0,8 MPa]	Min. 1250 [l/min]
Masa	Do 500 kg [kg]
Poziom dźwięku	Do 65 [db(A)]
Znamionowa moc silnika (łączna dla 2 bloków)	11 [kW]
Wymiary sprężarki	Max. 1450 mm x 950 mm x 1050 mm
Język sterownika	M. in. język polski
Gwarancja	Nie mniej niż 24 miesiące

Data produkcji powinna wskazywać rok 2026, inne roczniki produkcji będą traktowane jako niezgodne z zapytaniem.

Nowa sprężarka powinna współpracować ze sterownikiem nadrzędnym f. Renner, typ RENNERcontrol (zdjęcie tabliczki znamionowej w załączniku nr 4).

3. Sterownik sprężarki

Na panelu sterownika wymagany jest dostęp do:

- odczytywania aktualnych wartości parametrów sprężarek,
- modyfikowania nastaw,
- historii alarmów,
- funkcji autorestartu,
- uzyskania komunikatów czynności serwisowych.

Zarządzanie blokami w sposób automatyczny decydujący o kolejności ich załączenia w celu uzyskania zbliżonych czasów roboczych wraz z możliwością włączenia 2 bloków jednocześnie, aby osiągnąć docelowe ciśnienie w jak najkrótszym czasie.

Nowa sprężarka powinna zostać podłączona do obecnego sterownika nadrzędnego f. Renner, typ RENNERcontrol, który obecnie obsługuje 2 sprężarki Renner SLM-S 11.

4. Wykonanie przyłączy oraz dostosowanie instalacji elektrycznej i ciśnieniowej do nowej sprężarki oraz do istniejącego zbiornika.
5. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów okresowych z wymianą części eksploatacyjnych, filtrów w okresie gwarancji (zgodnie z zaleceniem producenta) wraz z utylizacją zużytych materiałów.
6. Dostarczenie DTR, instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą czynności do prawidłowego przeprowadzenia przeglądów okresowych. Po wykonaniu przeglądów gwarancyjnych konieczne jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego każdorazowo protokołu serwisowego.
7. Uruchomienie nowego urządzenia wraz ze szkoleniem użytkownika.
8. Wykonawca dostarczy protokół z próby szczelności oraz protokół z pomiarami instalacji elektrycznej wraz z świadectwem wzorcowania przyrządów użytych do pomiarów elektrycznych.
9. Utylizacja sprężarki Atlas Copco SF11+. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego utylizację.

Zamawiający zaznacza, że obecna instalacja wraz z zamontowanymi urządzeniami jest wykorzystywana od poniedziałku do niedzieli 24/7 w obiekcie Ochrony Zdrowia. Zaleca się, aby podłączenie odbyło się bez konieczności wprowadzenia przerw technologicznych. Możliwość takiego podłączenia – po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Wejście do Stacji sprężarek znajdują się na poziomie „0” w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia katalogu urządzeń zaoferowanych modeli.

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z zakupem, montażem, utylizacją, transportem do siedziby Zamawiającego itp.

Wszystkie urządzenia oraz podzespoły powinny być nowe.

2. Kryterium: **cena - 100%**
3. Termin realizacji zamówienia: **do 40 dni roboczych od daty podpisania umowy.**
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
 - b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
 - c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
 - d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
 - e) **oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)**

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

5. **Termin złożenia oferty:** do 10.07.2026 r.

6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**

- a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
- b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2
3. Tabliczka znamionowa sprężarki Atlas Copco – zał. nr 3
4. Tabliczka znamionowa sterownika nadrzędnego – zał. nr 4