

Nr spr. DZ/DZ-072-167/26

Gliwice dn. 26.08.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DZ-072-167/2026 z dnia 24.08.2026 r. na sukcesywną dostawę przez okres 24 miesięcy kaset i wody LAL do oznaczania endotoksyn dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Przedklinicznego PET Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź.

Pytanie

W SAC dla każdej pozycji w zadaniu napisany jest termin ważności od daty dostawy np. dla kaset jest on nie krótszy niż 6 miesięcy natomiast pod tabelą pod całym zadaniem jest zapis „Wymagany termin gwarancji/przydatności min 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego”. Prosimy o potwierdzenie czy dla kaset wymagany terminem gwarancji/przydatności jest min 6 miesięcy? Wówczas prosimy o modyfikację zapisu pod tabelą.

Odpowiedź: Wymagany termin ważności dla kaset do oznaczania endotoksyn wynosi min. 6 miesięcy od daty dostawy, natomiast dla wody LAL min. 12 miesięcy od daty dostawy.

