

Przegląd i konserwacja sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL wraz z areatorem Steri-Vac 553AG prod. 3M

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Komórka organizacyjna	Termin realizacji przeglądu
1	Sterylicator gazowy	Steri-Vac 5XL	820002	2000	3M	DL/DS	do 15 października 2026r.
2	Areator	Steri-Vac 553AG	101792				

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- 1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
- 2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych i wewnętrznych
- 3) Kontrolę instalacji sprężonego powietrza
- 4) Czyszczenie pompy próżniowej
- 5) Usunięcie zauważonych drobnych usterek
- 6) Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta
- 7) Kalibrację systemu dozowania wody oraz temperatury komory
- 8) Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań, w tym wykonanie test szczelności komory
- 9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
- 10) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Wymagania serwisu:

min. 1 osoba przeszkolona przez producenta lub autoryzowaną jednostkę szkolącą w zakresie serwisowania sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL – załączyć do oferty dokument potwierdzający przeszkolenie

Kolejny przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 5)

SPECYFIKACJA CENOWA

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sterylicator gazowy Steri-Vac 5XL s/n 820002	usługa	5				
2	Areator Steri-Vac 553AG s/n 101792	usługa	5				
				SUMA			

Gwarancja	Ważność oferty	Termin płatności
Wybierz element.	Wybierz element.	Wybierz element.

UWAGA!

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.