

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-87/26 z dnia 07.09.2026r. **na dostawę stołu formalinowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonym pytaniem do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytania, jak i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie

Dotyczy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-87/26
PKT 4

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż stoły formalinowe nie mają bezpośredniej styczności z tkanką, w związku z tym nie powinny być klasyfikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (co stanowi podstawę przy klasyfikacji wyrobów), w związku z tym wnosimy o usunięcie wymogu dotyczącego wyrobów medycznych w pkt4, Zwracamy uwagę, iż stół formalinowy nim nie jest, nie należy do żadnej klasy i nie podlega cytowanym rozporządzeniom. W przypadku braku zgody wnosimy o modyfikację pkt poprzez dodanie sformułowania „jeśli dotyczy” jednocześnie zmieniając wymóg w kolumnie „wartość wymagana” na „TAK podać/NIE”. Jednocześnie prosimy o modyfikację pkt 30.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aktualizacji ulega opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)