

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-99/26 z dnia 18.09.2026r. **na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Ad.8 Czy Zamawiający dopuszcza wagę aparatu z baterią 5,2kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 2

Ad.9 Czy Zamawiający dopuszcza wbudowany w aparat akumulator zapewniający 90 min. pracy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 3

Ad.12 Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną liczbę klatek (obrazów) pamięci dynamicznej 10 000 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 4

Ad.32 Czy Zamawiający dopuszcza ilość prędkości przemieszczania w trybie M mode min 5 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 5

Ad.35 Czy Zamawiający dopuszcza korekcję bramki Dopplerowskiej w trybie PWD 88 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 6

Ad. 50 Czy Zamawiający dopuszcza ilość elementów w głowice liniowej 192 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 7

Ad. 52 Czy Zamawiający dopuszcza brak 3 przycisków funkcyjnych w głowicy liniowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 8

Ad.53 Czy Zamawiający dopuszcza głębokość obrazowania głowicy liniowej 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 9

Ad. 54 Czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość pracy sondy convex 1-8MHz ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 10

Ad. 57 Czy Zamawiający dopuszcza brak 3 przycisków funkcyjnych w głowicy convex ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 11

Ad.70 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o głowice sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie 4-13 MHz z pokrętłem sterującym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 12

Ad.81 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o głowice liniową o częstotliwości pracy 8-23 MHz ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 13

Ad 83 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o głowice liniową o długości pola obrazowego głowicy 25,6 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.