

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
dostawa 15 szt. rejestratorów temperatury i wilgotności

Lp.	Przedmiot zamówienia	j. m.	ilość	cena jedn. netto (zł)	wartość netto (zł)	VAT (%)	wartość VAT (zł)	wartość brutto (zł)	Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy)	nr kat. (jeżeli dotyczy)
1.	Rejestrator temperatury i wilgotności: – Urządzenie o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym – Zakres pomiaru temperatur nie mniejszy niż: -30°C÷60°C – Dokładność pomiaru temperatur: ±1°C lub lepsza – Zakres mierzonych wilgotności nie mniejszy niż: 0÷100% RH – Dokładność pomiaru wilgotności ±3 % lub lepsza – Rozdzielczość: 0.1°C, 0.1% rH – Wyświetlacz LCD – Możliwość ustawienia częstotliwości zapisu danych rejestrowanej temperatury i wilgotności – Częstotliwość zapisu danych rejestrowanej temperatury/wilgotności może być ustawialna co najmniej w zakresie: 10 sek. ÷ 18 godz – Pamięć danych nie mniejsza niż: 32000 pomiary – Możliwość komunikacji z komputerem, celem odczytu i wydruku danych – Wbudowane gniazdo do komunikacji z PC za pośrednictwem USB – Kabel do podłączenia do PC dołączony w zestawie do urządzenia – Możliwość odczytu danych w postaci plików *.csv i *.pdf.	szt.	15							

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
dostawa 15 szt. rejestratorów temperatury i wilgotności

– Możliwość ustawienia alarmów/zakresów temperatury i wilgotności poza którymi urządzenie sygnalizować będzie przekroczenia – Wymiary urządzenia: nie większe niż 100mm x 40 mm x 20 mm – Każde urządzenie jest wywzorcowane przez laboratorium z akredytacją PCA i posiada aktualne Świadectwo wzorcowania, dołączone do zamówienia – Gwarancja: min 24 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.									
RAZEM									

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: **PLN słownie:** **PLN**

BRUTTO : **PLN słownie:** **PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres (min. 30 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu w terminie maksymalnie **do 15 dni roboczych**, na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego).
4. Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026).
5. Urządzenia kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego.
6. Instrukcja obsługi w języku polskim lub w języku angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf.
7. Świadectwo wzorcowania będzie ważne co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń i zostanie dostarczone wraz z urządzeniami.
8. W świadectwie wzorcowania będą zawarte następujące m.in. informacje: data wzorcowania, producent i typ czujnika, numer seryjny.
9. Wzorcowanie zostanie wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie nie mniejszym niż następujący:
 - a. Temperatura: 15°C/10% RH, 20°C/18% RH, 25°C/35% RH, 30°C/20% RH, 35°C/45% RH, 40°C/72% RH,
 - b. Wilgotność: 10% RH/20°C, 40% RH/15°C, 60% RH/25°C, 80% RH/20°C, 90% RH/25°C.

.....
 (czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
 osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)