Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-122/26

Przegląd i konserwacja sterylizatorów z wytwornicą pary Selectomat PL 969-2H

Lp.	Nazwa	Model	Nr seryjny	Rok produkcji	Producent	Komórka organizacyjna	Termin realizacji przeglądu
1	Sterylizator z wytwornicą pary	Selectomat PL 969-2H	B120448	2012	MMM	DL/DS	do 31 grudnia 2026r.
2			B120447				

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych i wewnętrznych
3) Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych
4) Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
5) Usunięcie zauważonych drobnych usterek
6) Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta/w tym uszczelki, filtry i wkłady do filtrów termodynamicznych
7) Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana
8) Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
10) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Wymagania serwisu:

min. 1 osoba przeszkolona przez producenta lub autoryzowaną jednostkę szkolącą w zakresie serwisowania sterylizatora z wytwornicą pary Selectomat PL 969-2H – załączyć do oferty dokument potwierdzający przeszkolenie

Kolejny przegląd: 6 miesięcy od dnia wykonania poprzedniego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy, a także zgodnie z zaleceniami producenta (ilość przeglądów dla każdego urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sterylizator z wytwornicą pary Selectomat PL 969-2H s/n B120448	usługa	3				
2	Sterylizator z wytwornicą pary Selectomat PL 969-2H s/n B120447	usługa	3				
				SUMA			

Gwarancja	Ważność oferty	Termin płatności
Wybierz element.	Wybierz element.	Wybierz element.

UWAGA!

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.