

Gliwice dn. 12.10.2026 r.

Nr sprawy: DZ/DT-381-83-2/26

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-83/26 z dnia 01.10.2026 r. dot. dostawy 15 szt. rejestratorów temperatury i wilgotności

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie wymogu dotyczącego dokładności pomiaru $\pm 1^{\circ}\text{C}$ w pozostałym zakresie pomiarowym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności pomiaru $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ lub lepszej w zakresie od -30°C do 70°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o zaproponowanej dokładności pomiaru temperatury.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności pomiaru wilgotności $\pm 2\%$ RH w zakresie 30–70% RH, $\pm 3\%$ RH w zakresie 10–90% RH oraz $\pm 4\%$ RH w zakresie 0–100% RH, przy temperaturze 25°C .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o zaproponowanej dokładności pomiaru wilgotności.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią wewnętrzną umożliwiającą zapis 32 000 pomiarów łącznie (16 000 pomiarów temperatury i 16 000 pomiarów wilgotności)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią umożliwiającą zapis 32 000 pomiarów łącznie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o deklarowanym przez producenta czasie pracy baterii wynoszącym około 1 roku przy częstotliwości zapisu co 30 minut i temperaturze 10°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o deklarowanej pracy baterii wynoszącym około roku.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zakresu wzorcowania z:

-25°C 5°C 50%RH; 25°C (10, 50, 90)%RH; 45°C 50%RH.

na następujący:

a. Temperatura: 20°C/15% RH, 20°C/18% RH, 25°C/35% RH, 30°C/20% RH, 35°C/45% RH, 40°C/72% RH,

b. Wilgotność: 10% RH/20°C, 40% RH/15°C, 60% RH/25°C, 80% RH/20°C, 90% RH/20°C

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zakres wzorcowania.