

Nr spr. DZ/DZ-072-197/26

Gliwice dn. 07.10.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowe nr DZ/DZ-072-197/2026 z dnia 30.09.2026 r. na sukcesywne dostawy przez okres 36 miesięcy glukometrów wraz z kompatybilnymi paskami oraz płynem kontrolnym dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-197/26 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej będzie ponosił Wykonawca. W związku z zapisem w załączniku „odczynniki-parametry-wymagane” pkt. 13 „Dostawa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń w częstotliwości 4 razy w roku dla 40 glukometrów” rozumiemy, że Wykonawca powinien zagwarantować kontrolę zewnątrzlaboratoryjną i ponieść jej koszty, dlatego prosimy o modyfikację formularza „odczynniki” poprzez usunięcie Tabeli nr III wyszczególniającej koszty tej kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej pokrywa Wykonawca. Jednocześnie podtrzymuje zapisy w Tabeli nr III wyszczególniające koszty tej kontroli

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie ilości płynów kontrolnych, czy we wszystkich 35 punktach mają znajdować się osobne płyny, czy Zamawiający może posługiwać się wspólnymi płynami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w SAC, uwzględniający wykonywanie kontroli w 35 punktach na terenie szpitala. W każdym punkcie ma być osobny płyn kontrolny.

