Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Nr spr. DZ/AM-231-114/26
Gliwice dn. 20.10.2026r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-114/26 z dnia 15.10.2026r. **na dostawę sprzętu do RKO:**
Zad. 1 Defibrylator – 5 szt.
Zad. 2 Zestaw fantomów szkoleniowych do treningu RKO
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1
Czas analizy rytmu serca
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem analizy rytmu serca wynoszącym od 4 do 15 sekund?
Uzasadnienie: Wskazany zakres wynika z parametrów algorytmu analizy oferowanego urządzenia. Dopuszczenie takiego rozwiązania poszerzy możliwość wyboru urządzeń, przy zachowaniu automatycznej oceny rytmu serca i kwalifikacji do defibrylacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z czasem analizy rytmu serca powyżej 10 sekund.

Pytanie 2
Czas ładowania
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania, liczonym od komunikatu o konieczności wykonania wyładowania, wynoszącym do 9 sekund dla energii 150 J oraz do 12 sekund dla energii 200 J, przy nowej, w pełni naładowanej baterii i impedancji 50 Ω?
Uzasadnienie: Urządzenie stosuje protokół narastającej energii: pierwsze wyładowanie 150 J, kolejne 200 J. Dla pierwszego wyładowania czas ładowania mieści się w wymaganych 10 sekundach. Wnioskowane dopuszczenie dotyczy ładowania do wyższej energii kolejnych wyładowań.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza defibrylator z czasem ładowania, liczonym od komunikatu o konieczności wykonania wyładowania, wynoszącym do 9 sekund dla energii 150 J oraz do 12 sekund dla energii 200 J, przy nowej, w pełni naładowanej baterii i impedancji 50 Ω.

Pytanie 3

Temperatura pracy

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie temperatury pracy od 0°C do +45°C, przy zachowaniu wymaganego zakresu temperatury przechowywania?

Uzasadnienie: Proponowany zakres obejmuje typowe warunki użytkowania urządzenia wewnątrz budynków. Prosimy o jego dopuszczenie, jeżeli przewidywane miejsca instalacji i użytkowania nie wymagają pracy w temperaturze przekraczającej +45°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza defibrylator o zakresie temperatury pracy od 0°C do +45°C, przy zachowaniu wymaganego zakresu temperatury przechowywania.

Pytanie 4

Defibrylator szkoleniowy

Czy Zamawiający dopuści defibrylator szkoleniowy odwzorowujący obsługę oferowanego AED, wyposażony w scenariusze szkoleniowe oraz przełączanie trybu dorosły/dziecko, bez funkcji pomiaru i analizy jakości wykonywanej resuscytacji?

Uzasadnienie: Taki trenażer umożliwia naukę obsługi AED, prawidłowego rozmieszczenia elektrod, wyboru trybu pacjenta oraz postępowania zgodnie z komunikatami urządzenia. Wnioskowane dopuszczenie zachowuje funkcję szkolenia z obsługi oferowanego defibrylatora, bez dodatkowego pomiaru jakości ucisków.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora szkoleniowego bez funkcji pomiaru i analizy jakości wykonywanej resuscytacji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody do defibrylatora AED o terminie ważności wynoszącym 38 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem że w momencie dostawy pozostały okres ważności będzie wynosił minimum 36 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody do defibrylatora AED o terminie ważności wynoszącym 38 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem, że w momencie dostawy pozostały okres ważności będzie wynosił minimum 36 miesięcy.

Pytanie 6
Czy dopuszczą Państwo defibrylator z datą ważności 30 miesięcy od daty produkcji ? Pozostała część zgodna z Państwa opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z datą ważności 30 miesięcy od daty produkcji.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert cenowych z dnia 20.10.2026r. na dzień 23.10.2026r.