

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

dot. zapytania ofertowego nr DO/DZ-072-01/2024 z dnia 03.01.2024 r zakup pojemników, pudełek i kasetek na leki dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie 1: Dotyczy Zadanie 1 – Pojemnik osłonny na odpady (DN/ZRO)**

Czy zamawiający dopuści produkt o wymiarach zewnętrznych 297x201x262 [mm] (długość x głębokość x wysokość)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza produktu o takich wymiarach.

**Pytanie 2: Dotyczy Zadanie 2 – Osłonka na strzykawkę a (DN/ZRO)**

Czy zamawiający dopuści produkt o grubości osłony 7mm wykonanej z Wolframu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści osłony wykonane z wolframu o grubości osłony 7mm.

**Pytanie 3: Dotyczy Zadanie 3 – Osłonka na strzykawkę b (DN/ZRO)**

Czy zamawiający dopuści produkt o grubości osłony 7mm wykonanej z Wolframu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści osłony wykonane z wolframu o grubości osłony 7mm.

**Pytanie 4: Dotyczy Zadanie 2 – Osłonka na strzykawkę a (DN/ZRO) oraz Zadanie 3 – Osłonka na strzykawkę b (DN/ZRO)**

Czy osłonki na strzykawki mają stanowić osłonę tylko przed promieniowaniem  $\gamma$ ? W przypadku pojemnika transportowego w zadaniu 4 jest jeszcze mowa o promieniowaniu  $\beta$ -.

**Odpowiedź:** Osłonki mają stanowić osłonę przed promieniowaniem  $\gamma$ .

**Pytanie 5: Dotyczy Zadanie 4 – Pojemnik transportowy strzykawek z radiofarmaceutykami (DN/ZRO)**

Czy zamawiający dopuści pojemnik transportowy o wymiarach wewnętrznych 193 x 98 x 46 [mm] (długość x głębokość x wysokość)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.

**Pytanie 6:** Czy w przypadku konieczności produkcji elementów na zamówienie, termin dostawy może przekroczyć 14 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

*Kingo Danusko*

Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja  
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12