

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

dot. zapytania ofertowego nr DA/DT-381-14B/24 z dnia 04.04.2024 r. na sukcesywne dostawy gazów technicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku z złożonymi zapytaniami odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytania 1: Prosimy o dopuszczenie butli o pojemności 50 litrów dla następujących pozycji z załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - specyfikacja asortymentowo-cenowa:

- a) Lp. 13 - Hel 5.0
- b) Lp. 14 - Hel 4.0
- c) Lp. 15 - Hel 4.6
- d) Lp. 16 - Powietrze Syntetyczne bez węglowodorów
- e) Lp. 17 - Wodor 5.0

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 2: Jako, że Zamawiający dopuszcza butle wykonawcy dla następujących pozycji z załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - specyfikacja asortymentowo-cenowa:

- a) Lp. 13 - Hel 5.0
- b) Lp. 14 - Hel 4.0
- c) Lp. 15 - Hel 4.6
- d) Lp. 16 - Powietrze Syntetyczne bez węglowodorów
- e) Lp. 17 - Wodor 5.0

prosimy również o wprowadzenie do specyfikacji asortymentowo cenowej pozycji „dzierżawa butli Wykonawcy” w celu jej wyceny.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 3: Dotyczy zapisu: „Kazdorazowo na zamówieniu będą podane numery butli, które będą Państwu przekazywane. Zamawiający kategorycznie zabrania usuwania numerów ewidencyjnych butli, wspomniane numery są nadane dla każdej butli i wpisane do zakładowego rejestru ewidencji. Wszystkie butle są własnością Zamawiającego i będą przekazywane do Wykonawcy z indywidualnym numerem. Numery są namalowane.”

W przypadku namalowania napisu na butli oddanej do legalizacji nie jest możliwym dopilnowanie aby po legalizacji i malowaniu butli napis ten został ponownie namalowany, ponieważ legalizację wykonuje się w zakładzie zewnętrznym Wykonawcy, a więc Wykonawca nie może odpowiadać za jej przebieg, a przypominamy, że legalizacja ta jest jedną z części usług wykonywanych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę. Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu lub aby oznakowanie butli było trwałe (wybite numeratorem).

Odpowiedź 3: W przypadku braku możliwości odtworzenia numeru dla docelowej butli Zamawiającego, prosimy o oznaczenie numeru butli w sposób tymczasowy, aby Zamawiający mógł sprawdzić poprawność realizacji zamówienia.

Pytania 4: Dotyczy: „Dzierżawa butli (na podstawie SAC) cena jednostkowa powinna obowiązywać za iloczyn: ilości dni x 1 butla. Czas dzierżawy będzie liczony od daty dostarczenia butli do siedziby Zamawiającego do dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przygotowanej butli do odbioru”.

Prosimy o zmianę na: „Dzierżawa butli (na podstawie SAC) cena jednostkowa powinna obowiązywać za iloczyn: ilości dni x 1 butla. Czas dzierżawy będzie liczony od daty dostarczenia butli do siedziby Zamawiającego do dnia odbioru butli przygotowanej przez Zamawiającego”.

Prośbę o zmianę motywujemy faktem, że system dzierżaw naliczany jest przez automatyczny system który w dniu zwrotu ściąga je Klientowi ze stanu. Wykonawca nie jest w stanie korygować danych systemowych ręcznie.

Zmiana tych zapisów leży w interesie Zamawiającego aby ich treść była spójna oraz zgodna ze stanem faktycznym oraz możliwa do realizacji przez Wykonawców.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

wz. kierownika DODK  
M. Wodniński - Omnia

Klient  
Sekcji Gabinetów Specjalnych  
inż. Patryk Wąsik  
Narodowy Instytut Onkologii  
Działu Medycyny i Laboratorium Technicznych  
inż. Patryk Wąsik

**Narodowy Instytut Onkologii**  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

**Dyrekcja**  
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

**Centrala**  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028