

Parametry techniczne (minimalne) – Inkubator CO2 do hodowli komórkowej

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent/kraj	TAK, podać	
2.	Model/Typ	TAK, podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, podać	
4.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
5.	Certyfikat ISO 9001 producenta, dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis	TAK	
Parametry podstawowe			
6.	Urządzenie o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): - zewnętrznych 65 cm x 90 cm x 80 cm (+/- 10%) - wewnętrznych 50 cm x 60 cm x 55 cm (+/- 10%)	TAK, podać	
7.	Wnętrze i półki urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami	TAK	
8.	Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej, interface RS 232 oraz opcjonalnym interface USB	TAK	
9.	Pojemność urządzenia 150 l (+/- 10%)	TAK, podać	
10.	Panel sterowania z dostępnymi parametrami: temperatura, wilgotność, poziom CO ₂	TAK	
11.	- wahania temperatury w przestrzeni $\pm 0,5$ °C - wahania temperatury w czasie $\pm 0,1$ °C - minimalny zakres regulacji temperatury + 3°C do + 55°C	TAK, podać	
12.	Zakres regulacji CO ₂ min. 0 do 20%	TAK, podać	
13.	Wilgotność względna: 95% \pm 3% przy temp. 37°C	TAK, podać	
14.	Urządzenie posiadające funkcję Auto Start	TAK	
15.	Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik CO ₂	TAK	
16.	Elektroniczny czujnik koncentracji O ₂	TAK	
17.	Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania	TAK	
18.	Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów	TAK	
19.	Tryb sterylizacji parowej całego wnętrza inkubatora: komory roboczej, czujnika, wentylatora, szklanych drzwi oraz rezerwuaru wody wilgotną parą w temp. 90°C bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej	TAK	
20.	Rezerwuar wody w formie pochylonego dna wnętrza inkubatora	TAK	
21.	Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania	TAK	
22.	3 półki perforowane ze stali nierdzewnej, podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane, drzwi montowane na prawą lub lewą stronę	TAK	

23.	Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej	TAK, podać	
24.	Filtry HEPA w liniach zasilania gazowego	TAK	
25.	System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o uszkodzeniu czujnika temperatury, przekroczeniu wartości temp. powyżej lub poniżej zadanej, uszkodzeniu czujnika CO ₂ , przekroczeniu wartości stężenia CO ₂ powyżej lub poniżej zadanej, zbyt długo otwartych drzwiach urządzenia, braku gazu i braku wody	TAK	
26.	Zasilanie 230V/50 Hz	TAK, podać	
27.	Przyłącze inkubatora, reduktora i butli CO ₂	TAK	
28.	Reduktor butlowy CO ₂ z dwoma manometrami, które wskazują ciśnienie wylotowe i ciśnienie gazu w butli	TAK	
29.	Podstawa pod inkubator o wysokości nie większej niż 200 mm z kółkami	TAK	
30.	Możliwość bezpiecznego zestawienia inkubatora piętrowo z posiadanym inkubatorem Heracell 150i bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów	TAK	
31.	Automatyczny przełącznik butli CO ₂ z możliwością podłączenia dwóch butli jednocześnie	TAK	
Gwarancja i serwis			
32.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
33.	Przeгляд/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta	TAK, podać częstotliwość	
34.	Wniesienie i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego	TAK	
35.	Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji	TAK	
36.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej	TAK	

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w zapytaniu cenowym dot. dostawy inkubatora CO2 do hodowli komórkowej dla potrzeb Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

A także mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):

- **oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam również, iż wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia _____

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3 do pisma nr DA/AM-231-26/24

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028