

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DA/AM-231-26/24 z dnia 16.04.2024r. **dot. dostawy inkubatora CO2 do hodowli komórkowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonym pytaniem do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytania, jak i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w związku z brakiem konieczności regulacji stężenia O2 w inkubatorze Zamawiający zgodzi się na dostarczenie inkubatora bez elektronicznego czujnika koncentracji O2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Smolarz