

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**dot. zapytania ofertowego nr DO/DZ-072-84/2024 z dnia 18.04.2024 r dot. jednorazowej dostawy płytek i folii do ilościowej reakcji PCR dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Proszę o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w poz. 2 Folia uszczelniająca do płytek PCR Microseal „B”, przyklepna, optyczna

**Pytanie 1**

Poz. 1 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na alternatywny wobec Microseal B model folii uszczelniającej do płytek PCR?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na alternatywny wobec Microseal B model folii uszczelniającej do płytek PCR.


**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na folię uszczelniającą do płytek PCR o zakresie temperatury od -20 do 110 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga folii uszczelniającej o temp . minimalnej -40 st. C.

KIEROWNIK  
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów  
im. Profesora Mieczysława Chorążego

  
dr hab. Tomasz Cichoń

KIEROWNIK  
Działu Zarządzania Technicznymi  
i Zaopiekowania  
  
mgr Urszula Wojcieszek

**Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach**

**Dyrekcja**  
Tel.: +48 32 278 96 18

**Centrala**  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12