

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DO/DZ-072-85/2024 z dnia 22.04.2024 r. dot. zakupu termometrów dla klinik i zakładów - Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź.

### Pytanie


1. Zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego termometr ma być "przeznaczony do mierzenia temperatury w lodówkach, szafach chłodniczych, chłodniach, mroźniach". **Czy Wymienione urządzenia chłodnicze są urządzeniami medycznymi czy farmaceutycznymi?**

a.) **Jeśli wymienione urządzenia chłodnicze są urządzeniami medycznymi, czy Zamawiający wymaga, by termometry spełniały wymogi Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.63 i późniejsza nowelizacja.**

b) **Jeśli natomiast wymienione urządzenia chłodnicze są urządzeniami farmaceutycznymi, czy Zamawiający wymaga, by termometry spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.10.2022r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (DZ.U. z 18.11.2022r. m.in. Poz. 2363 &2.2. - 3.1.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby termometry spełniały wymogi umieszczone w zapytaniu.

*Guyet Emelin*

  
Działu Zarządzania i Administracji  
mgr Urszula Wójcieszek