

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
PARAWANY**

**PRZEDMIOT: PARAWANY MEDYCZNE
ROK PRODUKCJI: 2024**

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1.	<u>Komórka organizacyjna: DK/ IOCHO</u> <u>Parawan podwieszany medyczny w kształcie litery „L” 1 szt. (zał. 1 poz. 1)</u>
2.	Parawan podwieszany składający się z konstrukcji jezdnej, elementów mocujących konstrukcje do sufitu i zasłon. System przewodnic sufitowych wykonany z aluminium wraz z mocowaniem zasłon. Przewodnice łamane lub łukowate (w kształcie litery „L”, zapewniający możliwość osłonięcia kozetki z dwóch stron).
3.	Konstrukcja: -szyna aluminiowa z wkładką PVC, -zaczepy z haczykiem, -tuleje do wieszaków prętowych, -kołnierze maskujące, -wieszaki typu V, -wsporniki ściennie, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
4.	Elementy mocujące konstrukcje do sufitów: -tuby mocujące, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
5.	Zasłona: - bawełniano-poliestrowa (zasłony oraz taśmy mocujące wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st. +/-10st), -tkanina o gramaturze min. 200g/m ² -szerokość zasłon ma być dostosowana do wymaganej szerokości do przesłonięcia tj. wynosić ok +10% podanej szerokości, -kolor do ustalenia na etapie realizacji (min. 10 kolorów do wyboru).
6.	Całkowita szerokość zasłony: 3000 mm (+10%) Całkowita wysokość zasłony : 2000 mm (+10%)
7.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
8.	Do każdego parawanu dodatkowo 2 komplety zasłonek
9.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1	<u>Komórka organizacyjna: DL/PRH</u> <u>Parawan podwieszany medyczny w kształcie litery „L” 1szt. (zał.1 poz. 2)</u>
2.	Parawan podwieszany składający się z konstrukcji jezdnej, elementów mocujących konstrukcje do sufitu i zasłon. System przewodnic sufitowych wykonany z aluminium wraz z mocowaniem zasłon. Przewodnice łamane lub łukowate (w kształcie litery „L”, zapewniający możliwość osłonięcia kozetki z dwóch stron).
3.	Konstrukcja: -szyna aluminiowa z wkładką PVC, -zaczepy z haczykiem, -tuleje do wieszaków prętowych, -kołnierze maskujące, -wieszaki typu V, -wsporniki ściennie, -elementy wykończeniowe aluminiowe.

4.	Elementy mocujące konstrukcje do sufitów: -tuby mocujące, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
5.	Zasłona: -elanobawełniana, z tkaniny atestowanej zmywalnej - zasłony oraz taśmy mocujące wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st. +/-10st), -tkanina o gramaturze min. 200g/m ² -szerokość zasłon ma być dostosowana do wymaganej szerokości do przesłonięcia tj. wynosić ok +10% podanej szerokości, -kolor do ustalenia na etapie realizacji (min. 10 kolorów do wyboru).
6.	Całkowita szerokość zasłony: 2770 mm (+10%) Całkowita wysokość zasłony : 3870mm (+10%)
7.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
8.	Do każdego parawanu dodatkowo 2 komplety zasłonek
9.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1	Komórka organizacyjna: DL/PP Parawan podwieszany medyczny w kształcie litery „L” 3szt. (zał. 1 poz. 3)
2.	Parawan podwieszany składający się z konstrukcji jezdnej, elementów mocujących konstrukcje do sufitu i zasłon. System prowadnic sufitowych wykonany z aluminium wraz z mocowaniem zasłon. Prowadnice łamane lub łukowate (w kształcie litery „L”, możliwość osłonięcia kozetki z dwóch stron).
3.	Konstrukcja: -szyna aluminiowa z wkładką PVC, -zaczepy z haczykiem, -tuleje do wieszaków prętowych, -kołnierze maskujące, -wieszaki typu V, -wsporniki ścienne, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
4.	Elementy mocujące konstrukcje do sufitów: -tuby mocujące, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
5.	Zasłona: - bawełniano-poliestrowa, zasłony oraz taśmy mocujące wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st +/-10 st.), -tkanina o gramaturze min. 200g/m ² -szerokość zasłon ma być dostosowana do wymaganej szerokości do przesłonięcia tj. wynosić ok +10% podanej szerokości, -kolor do ustalenia na etapie realizacji (min. 10 kolorów do wyboru).
6.	Parawan 1 Całkowita szerokość zasłony: 3850 mm (2250mm x 1600mm) (+10%) gabinet 1.064 Całkowita wysokość zasłony : 2500mm (+10%) Parawan 2 Całkowita szerokość zasłony: 4500 mm (1500mm x 3000mm) (+10%) gabinet 0.040A Całkowita wysokość zasłony : 2500mm (+10%) Parawan 3 Całkowita szerokość zasłony: 4900 mm (1500mm x 3400mm) (+10%) gabinet 0.040B Całkowita wysokość zasłony : 2500mm (+10%)
7.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
8.	Do każdego parawanu dodatkowo 2 komplety zasłonek
9.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1.	Komórka organizacyjna: DL/PP Parawan podwieszany medyczny w kształcie litery „U” 2szt. (zał.1 poz. 4)
2.	Parawany podwieszane składające się z konstrukcji jezdnej, elementów mocujących konstrukcje do sufitu i zasłon. System prowadnic sufitowych wykonany z aluminium wraz z mocowaniem zasłon. Prowadnice proste.
3.	Konstrukcja: -szyna aluminiowa z wkładką PVC, -zaczepy z haczykiem, -tuleje do wieszaków prętowych, -kołnierze maskujące, -wieszaki typu V, -wsporniki ściennie, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
4.	Elementy mocujące konstrukcje do sufitów: -tuby mocujące, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
5.	Zasłona: - bawełniano-poliestrowa, zasłony oraz taśmy mocujące wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st +/-10 st.), -tkanina o gramaturze min. 200g/m ² , -szerokość zasłon ma być dostosowana do wymaganej szerokości do przesłonięcia tj. wynosić ok +10% podanej szerokości, -kolor do ustalenia na etapie realizacji (min. 10 kolorów do wyboru).
6.	Parawan 1 Całkowita szerokość zasłony: 5450 mm (1600mm x 2250mm x 1600mm) (+10%) gabinet 1.064 Całkowita wysokość zasłony : 2500mm (+10%) Parawan 2 Całkowita szerokość zasłony: 6100 mm (2250mm x 1600mm x 2250mm) (+10%) gabinet 1.064 Całkowita wysokość zasłony : 2500mm (+10%)
7.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
8.	Do każdego parawanu dodatkowo 2 komplety zasłonek
9.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1	Komórka organizacyjna: DL/PP Parawan podwieszany medyczny prosty 3 szt. (zał. 1 poz. 5)
2.	Parawany podwieszane składające się z konstrukcji jezdnej, elementów mocujących konstrukcje do sufitu i zasłon. System prowadnic sufitowych wykonany z aluminium wraz z mocowaniem zasłon. Prowadnice proste.
3.	Konstrukcja: -szyna aluminiowa z wkładką PVC, -zaczepy z haczykiem, -tuleje do wieszaków prętowych, -kołnierze maskujące, -wieszaki typu V, -wsporniki ściennie, -elementy wykończeniowe aluminiowe.
4.	Elementy mocujące konstrukcje do sufitów: -tuby mocujące, -elementy wykończeniowe aluminiowe.

5.	Zasłona: - bawełniano-poliestrowa, zasłony oraz taśmy mocujące wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st +/-10 st.), - tkanina o gramaturze min. 200g/m ² , - szerokość zasłon ma być dostosowana do wymaganej szerokości do przesłonięcia tj. wynosić ok +10% podanej szerokości, - kolor turkusowy - dla każdego parawanu podwieszanego należy dostarczyć dwa komplety zasłon
6.	Parawan 1,2,3 Całkowita szerokość zasłony: 1500 mm (+10%) Całkowita wysokość zasłony : 2000 mm (+10%) Punkt Obsługi Portów 0.025
7.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
8.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1	Komórka organizacyjna: DA/ HO Parawan jezdny 1szt. (zał. 1 poz. 6)
2.	Konstrukcja: - parawan medyczny dwuskrzydłowy, - podstawa i stelaż wykonane ze stali, - wyposażony w koła jezdne z hamulcem
3.	Długość: 700mm – 2000mm (+/-10%). Wysokość: 1600mm - 1800mm (+/- 10%)
4.	Zasłona zmywalna w komplecie, kolorystyka koloru zasłon do ustalenia z Zamawiającym, montowana za pomocą pasków z rzepami, zasłona w jakiej najmniejszej możliwej odległości od podłoża
5.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
6.	Gwarancja min. 24 miesiące

LP.	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
1	Komórka organizacyjna: DL/PRH Zasłony elanobawełniane 9 szt. (zał.1 poz.7)
2	Zasłona elanobawełniana z tkaniny atestowanej zmywalnej - wym.: wys. 1750mmx szer.1500mm (+/- 10%) - zasłony wykonane z tkaniny odpornej na działanie wysokiej temperatury (90st +/-10 st.), - mocowanie na żabki