

PARAMETRY WYMAGANE

LP	PARAMETRY GRANICZNE	WYMAGANE	OFEROWANE (wypełnia Wykonawca)
1	Zestaw odczynnikowy przeznaczony do ilościowego oznaczania: - p/ciał przeciwko Measles w klasie IgG w surowicy krwi metodą immunochemiczną.	TAK	
2	Badania dostępne na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach immunochemicznych: Alinity i, LIAISON XL, Cobas e801, Immulite 2000, Kryptor Compact.	TAK (NAZWA ANALIZATORA)	
3	Zestawy odczynnikowe posiadające oznaczenie CE, do diagnostyki in vitro.	TAK	
4	Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń, minimum 2 razy w roku.	TAK	
5	Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie.	TAK	
6	Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego.	TAK	
7	Stabilność odczynników minimum 6 miesięcy.	TAK	

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data.....

.....
czytelny podpis