

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DZ-072-186/2024 z dnia 13.08.2024 r na dostawy odczynników do RT PCR wraz z dzierżawą aparatów przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej - Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Dotyczy zadania nr 1:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat składający się z automatycznego ekstraktora DNA/RNA przygotowującego master-mix, w którym wymagana jest ingerencja operatora?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza analizatora, który wymaga ingerencji operatora.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania, nie wymagające płukania igieł pipetujących po każdym użyciu?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści odczynniki z temperaturą przechowywania -25 do -15°C?

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga odczynników przechowywanych w temperaturze 2-8°C.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie system wymaga interpretacji wyników przez operatora?


Odpowiedź: **Zamawiający wymaga systemu, który nie wymaga interpretacji wyników przez operatora.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu pozycji nr 8." Zestaw do jakościowego wykrywania HPV DNA" bądź wykonywanie tego oznaczenia w laboratorium zewnętrznym na koszt wykonawcy?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie do osobnego pakietu pozycji nr 8 lub na wykonywanie oznaczeń w laboratorium zewnętrznym.**

KIEROWNIK
Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej



**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

Dotyczy zadania nr 2:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, które nie są zwalidowane na badania w płynie mózgowo – rdzeniowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawów zwalidowanych na oznaczenia w płynie mózgowo-rdzeniowym w pozycjach, które zostały wskazane w Zadaniu 2 Załącznik 4 (parametry wymagane).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów bez wbudowanego wewnętrznego enzymatycznego systemu zabezpieczenia przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu testów:

1. - Cryptococcus neoformans
2. - Aspergillus sp.
3. - Toxoplasma gondi
4. - Pneumocystis jirovecii

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie osobnego pakietu testów.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Zakładu Analizy Biochemii Klinicznej
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak