

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
ODDZIAŁ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS / CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

na potrzeby postępowania pn. **oprogramowanie do automatycznego konturowania w radioterapii** oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)¹.

czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Zgodni z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:*

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

System automatycznego konturowania z niezbędnym oprogramowaniem i infrastrukturą sprzętową o ile wymagana.

Producent:

/ wypełnia Wykonawca /

Kraj:

/ wypełnia Wykonawca /

Nazwa oferowanego rozwiązania:

/ wypełnia Wykonawca /

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
Oprogramowanie do automatycznego konturowania w procesie planowania rozkładu dawki w radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym o ile wymagany.				
1. System automatycznego konturowania				
1.1	Zgodność oferowanego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemami planowania leczenia, tj. Eclipse, Raysearch, Precision, Ethos oraz Velocity.	Tak	Bez punktacji	
1.2	Automatyczne konturowanie co najmniej 2 badań TK jednocześnie.	Tak	Bez punktacji	
1.3	Zdalny dostęp do oprogramowania z każdego komputera w podsięci Zakładu Planowania Radioterapii na podstawie identyfikacji.	Tak	Bez punktacji	
1.4	System posiadający funkcje importu/eksportu w standardzie DICOM badań obrazowych TK z posiadanym przez Zamawiającego systemów planowania leczenia.	Tak	Bez punktacji	
1.5	System posiadający funkcje importu/eksportu w standardzie DICOM badań obrazowych TK, MR, CBCT za pomocą zapytań typu DICOM QUERY/RETRIEVE z posiadanym przez Zamawiającego systemów planowania leczenia.	Tak/Nie Jeżeli Tak - podać szczegóły	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.6	System posiadający funkcję wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, MR i CBCT.	Tak	Bez punktacji	
1.7	System posiadający funkcje ręcznego, półautomatycznego i automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta.	Tak	Bez punktacji	
1.8	System posiadający funkcje konturowania z zastosowaniem aktualizowanych przez producenta modeli sztucznej inteligencji (AI). System przeprowadzający wszystkie operacje na obrazach włącznie z automatycznym konturowaniem w oparciu o algorytmy Sztucznej Inteligencji na lokalnej stacji roboczej lub lokalnym serwerze, bez konieczności przesyłania danych do serwerów zewnętrznych poza infrastrukturę sieciową Zamawiającego.	Tak	Bez punktacji	
1.9	System posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK w oparciu o atlasy anatomiczne.	Tak/Nie Jeżeli Tak - podać szczegóły	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.10	System posiadający funkcjonalność automatyzacji procesów/zadań związanych z jego funkcjonalnością przy pomocy graficznego i konfigurowalnego narzędzia, bez konieczności tworzenia kodów lub	Tak/Nie Jeżeli Tak - podać szczegóły	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
	skryptów.			
1.11	System posiadający funkcjonalność tworzenia reguł automatyzacji opartych na zdarzeniach DICOM przy użyciu zaawansowanych identyfikacji znaczników DICOM.	Tak/Nie Jeżeli Tak - podać szczegóły	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.12	System umożliwiający zapis i odtworzenie bieżącego stanu sesji (zapis bieżącego stanu obszaru roboczego).	Tak/Nie	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.13	System posiadający funkcjonalność tworzenia własnych bibliotek nazw narzędzi krytycznych, zgodnych ze standardami posiadanego przez Zamawiającego.	Tak	Bez punktacji	
1.14	System posiadający funkcjonalność przeniesienia struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (fuzja z deformacją konturów, struktur).	Tak/Nie Jeżeli Tak - podać szczegóły	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.15	System posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK i MR w oparciu o aktualne algorytmy Sztucznej Inteligencji przez okres 4 lat od daty uruchomienia bez limitu wykonanych przetworzeń/badań.	Tak	Bez punktacji	
1.16	System posiadający możliwość wyboru rozdzielczości konturów w płaszczyźnie XY spośród wartości: 1mm; 0,5 mm; 0,25 mm.	Tak/Nie	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
1.17	System pozwalający na przeszukiwanie bazy danych przez systemy Zamawiającego w celu zaimportowania utworzonych automatycznie konturów.	Tak	Bez punktacji	
1.18	Zamawiający oferuje możliwość instalacji oprogramowania na wirtualnej maszynie Zamawiającego. W przypadku gdy Oferujący wymaga własnego sprzętu to oferowany system w tym urządzenia komputerowe muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. Rok produkcji oferowanych urządzeń komputerowych, nie wcześniejszy niż 2024.	Tak, w przypadku instalacji na środowisku wirtualnym Zamawiającego podać parametry maszyn wirtualnych, pojemność niezbędnej przestrzeni	Bez punktacji	

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
		dyskowej i informację na temat wymaganego systemu operacyjnego		
1.19	Oferowanego systemu w najnowszej wersji dostępnej u producenta oprogramowania na dzień uruchomienia systemu.	Tak	Bez punktacji	
1.20	Okres gwarancji min. 48 miesięcy na oprogramowanie i sprzęt (jeśli takowy zostanie dostarczony) wraz z aktualizacjami do najnowszych wersji oferowanego oprogramowania - systemu do wspomaganie procesu planowania radioterapii.	Tak	Bez punktacji	
1.21	W okresie wskazanym w pkt. 1.21 zagwarantowany przez producenta dostęp do najnowszych wersji modeli sztucznej inteligencji AI.	Tak	Bez punktacji	
2. Serwer aplikacyjny jeżeli jest wymagany				
2.1	Dostawa, instalacja, szkolenia i uruchomienie oprogramowania oraz serwera aplikacyjnego jeżeli jest wymagany.	Tak	Bez punktacji	
3. Serwis gwarancyjny				
3.1	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia oraz oprogramowanie wchodzące w skład oferowanego systemu min. 48 miesięcy.	Tak podać wartość	Bez punktacji	
3.2	W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta.	Tak	Bez punktacji	
3.3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.	Tak Podać dane	Bez punktacji	
3.4	Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki.	Tak podać wartość	Bez punktacji	
3.5	Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.	Tak	Bez punktacji	
4. Wymagania uzupełniające				

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
4.1	Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi.	Tak załączyć	Bez punktacji	
4.2	Certyfikat CE / deklaracja zgodności.	Tak załączyć	Bez punktacji	
4.3	Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego systemu.	Tak załączyć	Bez punktacji	
4.4	Oferta obejmuje szkolenie personelu z obsługi dostarczanego systemu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.	Tak	Bez punktacji	
4.5	Zaoferowane oprogramowanie jest najnowszej generacji a wymagane urządzenia są fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych.	Tak	Bez punktacji	

.....
Data, podpis