

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/AM-231-69/24 z dnia 30.08.2024r. **dot. świadczenia usługi wzorcowania komór jonizacyjnych (aktywnościomierzy) przez okres 36 m-cy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Ze względu na ogromne trudności w pozyskaniu materiałów promieniotwórczych (sankcje) oraz okresowo odbywające się konserwacje Reaktora Maria mogą wystąpić czasowe braki w dostępności izotopów, w związku z tym nie możemy złożyć oferty ważnej przez okres 36 miesięcy, prosimy o zmianę na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Ponadto w przypadku braku danego izotopu, zastrzegamy możliwość wykonania niepełnego wzorcowania lub przeprowadzenie go w innym terminie. Prosimy o informację, czy wzorcowanie wszystkich mierników ma odbyć się w jednym terminie? Jeśli wg innego harmonogramu, prosimy o niezwłoczne przesłanie go. Jest to niezbędne do oszacowania cen, będzie to dla Państwa najbardziej korzystne finansowo.

Odpowiedź: Tak, ze względu na konieczność przestoju Zamawiający chce aby wzorcowanie wszystkich mierników zostało przeprowadzone w jednym terminie - pierwszy tydzień grudnia.

Pytanie nr 3

W poz. 4 i 5 Specyfikacji asortymentowo – cenowej mierniki Capintec CRC-25 PET mają ten sam numer seryjny, prosimy o potwierdzenie poprawności tych numerów.

Odpowiedź: Mierniki CRC-25 PET posiadają ten sam numer seryjny i są rozróżniane po miejscu instalacji - komora BBS1 lub BBS2 i takiej informacji oczekuje Zamawiający na świadectwie wzorcowania.

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

SPECJALISTA
ds. aparatury medycznej
mgr inż. Katarzyna Szmidt
mgr Krowicka DZIAM

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek