

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego na zakup wózków dla Działów, Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach umieszczonego w dniu 11.09.2024r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku z złożonym pytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia na zakup wózków przekazujemy Państwu treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1: dot. pozycji 13 „Wózek medyczny anestezyjologiczny”

Czy Zamawiający zamiast opisanego wózka dopuści równie funkcjonalny i niezawodny wózek o poniższych parametrach:

Wózek reanimacyjny: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm)

WYPOSAŻENIE:

- 1x stelaż nadstawki,
- 1x nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych poj.(5+6),
- 3x kpl. przestawnych podziałek do górnych szuflad z możliwością podziału wnętrza szuflady na 9 pól
- 1x zamek centralny szuflad,
- 3x uchylny pojemnik z plexi z boku wózka na dokumentacje medyczną
- 3x pojemnik na rękawiczki z mocowaniem do szyny instrumentalnej umieszczony pod nadstawką
- 3x odcinki szyny instrumentalnej na nadstawce do mocowania uchylnych pojemników i pojemników na rękawiczki,
- 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem do mocowania pozostałego wyposażenia szynowego,
- 1x poj. na zużyte igły mocowany do szyny instrumentalnej z boku wózka
- 1x koszyk na akcesoria mocowany do szyny instrumentalnej z boku wózka
- 1x kosz na odpady z tworzywa z uchylną pokrywą o pojemności 9 L mocowany do szyny instrumentalnej z boku wózka
- 1x deska reanimacyjna z tw. sztucznego mocowana do tylnej ściany wózka
- 1x listwa zasilająca na 5 gniazd 230V z 3m przewodem zasilającym

WYKONANIE:

- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflad z samodociągami, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w 1 uchwyt do prowadzenia nad pierwszą szufladą

- stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów

- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 750x550x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)

Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm

Wymiary szafki: 700x500x805 mm

Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

(przy wysokości frontu 1x234 mm) : 525x440x209 mm

(przy wysokości frontów 3x156 mm) : 525x440x141 mm

[szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania wózka o parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert zmieniając dotychczasowy termin wyznaczony na dzień **20.09.2024r. (piątek)** i wyznacza nowy termin składania ofert tj. **27.09.2024 (piątek)**.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

Hilpek