

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DO/DZ-072-241/2024 z dnia 14.10.2024 r na sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy materiałów zużywalnych sterylnych i sprzętu jednorazowego, pipet, pipetek paeteurowskich , próbek, końcówek do pipet, szkła laboratoryjnego dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej - Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Zadanie nr 1

Pytanie 1

Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści kamery typu Veriplast do badania osadu moczu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Poz. 17: Czy Zamawiający dopuści pudełka kartonowe na 81 miejsc? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, jeżeli w pojedynczym miejscu w kartonie będzie mieścić się probówka min 14mm.

Pytanie 3

Poz. 24: Czy Zamawiający dopuści statywy 6 stanowiskowe na pipety automatyczne?

Odpowiedź: Tak, jeżeli uchwyt trzymający pipetę będzie przystosowany do rękojeści pipety, a nie wyrzutnika.

Pytanie 4

Poz. 25: Czy Zamawiający dopuści statywy szeregowe 4 stanowiskowe na pipety automatyczne?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza 4 stanowiskowe jeżeli otwór na pipetę nie będzie mniejszy niż 25mm.

Poz. 25: Czy Zamawiający dopuści statywy szeregowe 6 stanowiskowe na pipety automatyczne?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza 6 stanowiskowe jeżeli otwór na pipetę nie będzie mniejszy niż 25mm.

Pytanie 5

Poz. 27: Proszę o podanie przykładowego producenta, numeru katalogowego produktu, ewentualnie zdjęcia przykładowego produktu. Podany opis jest prawdopodobnie nazwą handlową produktu lub nazwą potoczną i nie wyszczególnia specyfikacji produktu np. producenta systemu zamkniętego z którym mają być kompatybilne dozowniki/ nakraplacze, parametrów technicznych tj. z jakiego materiału ma być wykonany itp. Zatem proszę o uszczegółowienie specyfikacji.

Odpowiedź: Przykładowym produktem jest Diff-Safe® Blood Dispensers, Alpha Scientific lub równoważny.

KIEROWNIK
Zarządu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Zarządu Analizy i Biochemii Klinicznej

[Signature]
dr hab. inż. Anna Mrochem-Kwarciak

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028