

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. dostawy 1 szt. butli CO₂ o pojemności 40 litrów z rurką syfonową.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 1 szt. butli CO₂ o pojemności 40 litrów z rurką syfonową.

Butla powinna być fabrycznie nowa i pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.

Specyfikacja:

Materiał wykonania – stal,

Norma wykonania zaworu - zgodnie z najnowszymi normami ISO,

Pojemność Butli 40 litrów,

Norma wykonania butli – zgodnie z najnowszymi normami,

Wysokość z zaworem i kołpakiem – nie wymagane,

Wysokość z zaworem bez kołpaka – nie wymagane,

Średnica - nie wymagane,

Rodzaj Gazu Co₂,

Gwint zaworu - zastosowany znormalizowany zawór umożliwia podłączenia reduktorów z gwintem przyłączeniowym,

Ciśnienie robocze – 150 bar,

Waga netto – nie wymagane,

Waga brutto– nie wymagane,

Data produkcji min. 2023,

Data legalizacji min. 10 lat,

Dodatkowe informacje – zbiornik fabrycznie nowy, Wyposażenie dodatkowe – nie wymagane.

Data produkcji butli: od roku 2023, inne roczniki produkcji będą traktowane jako niezgodne z zapytaniem.

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z zakupem i transportem do siedziby Zamawiającego (dostawa będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30) itp.

2. Kryterium: cena - 100%
3. Termin realizacji zamówienia: prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) wartość netto i brutto zamówienia.
 - b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
 - c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
 - d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
 - e) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."

5. Termin złożenia oferty: do 14.11.2024 r.
6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Sekcji Gazów Medycznych
inż. Patryk Wąsik

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Paweł Hiebel

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028