

Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu EndoBase firmy OLYMPUS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA	WYMAGANE	PODAĆ	PARAMETRY
Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja czterech zestawów komputerowych dedykowanych do systemu ENDOALPHA Documentation/ENDOBASE (zlokalizowanych w Pracowni Endoskopii) w skład zestawu wchodzi: stacja robocza, monitor min. 27", zasilacz awaryjny UPS, drukarka kolorowa A4 wraz z 2 kompletami zapasowych materiałów eksploatacyjnych, klawiatura, mysz bezprzewodowa. Wymagane podłączenie do sieci LAN po RJ45. Porty zewnętrzne min.: 1 x COM RS232 DB9, 1 x USB 3.0. Jeden z zestawów wyposażony w kartę do przechwytywania obrazu jakości HD oraz okablowanie instalacyjne do procesorów OLYMPUS serii EXERA.	TAK	TAK	
Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja jednej dodatkowej licencji ENDOBASE-Stand-imaging.	TAK	NIE	XXX
Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja trzech dodatkowych licencji ENDOBASE-Non-Imaging do stacji opisowych	TAK	NIE	XXX
Konfiguracja podpisu elektronicznego do oprogramowania Endobase umożliwiającego autoryzowanie wyników badań podpisem elektronicznym ZUS PUE.	TAK	NIE	XXX
Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania wraz z licencją do monitorowania procesów sterylizacyjnych aparatów endoskopowych, zgodnego z posiadanym systemem Endobase, myjkami przelotowymi oraz szafami endoskopowymi firmy WASSEMBURG DRY 320	TAK	NIE	XXX
Wykonanie konfiguracji połączenia z systemem VNA (firmy AGFA), HIS (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) oraz EDM (firmy Asseco Poland S.A.). Zamawiający posiada aktywną licencję na system zewnętrzny Asseco oraz posiada Nielimitowaną licencję na worklistę oraz węzły DICOM w systemie VNA firmy AGFA.	TAK	NIE	XXX
Konfiguracja posiadanego aparatu USG ARIETTA 750 w taki sposób, aby możliwa była obsługa USG przyciskiem z głowicy aparatu. Do tego należy przeprowadzić konfigurację w celu zapisania wykonanego USG w Endobase oraz systemie VNA Zamawiającego.	TAK	NIE	XXX
Oprogramowanie wraz z niezbędnym sprzętem do wyświetlania listy zleconych procedur w pomieszczeniu mycia.	TAK	NIE	XXX
Przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego.	TAK	NIE	XXX
Świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji.	TAK	NIE	XXX
Wymagana gwarancja – min. 24 miesiące.	TAK	TAK	

KIEROWNIK
Działu Informatyki

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 9618

Centrala *dr n. fiz. inż. Wojciech Osewski*
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028