

Gliwice, dnia 12.11.2024 r.

Nr sprawy: DZ/DT-381-58-1/24

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: zapytania ofertowego dot. wzorcowania metodą akredytowaną termometru cyfrowego z sondą zanurzeniową GTH 175/Pt-E produkcji PTW-Freiburg dla tego typu urządzeń.

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie Zamawiający przekazuje treść złożonego pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:


Proszę o podanie dokładnych temperatur w jakich ma być wzorcowany termometr

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Oferenta informuje, że należy przyjąć punkty pomiarowe: 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C.

Z poważaniem

*wz kierownika DTDZ
M. Wodniński-Orsiński*

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

inż. Paweł Ficek

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028