

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego DZ/AA-072-1-42/24 z dnia 13.11.2024r. pn. **sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach z podziałem na 3 odrębne zadania.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w zapytania cenowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 (dot. Zadania nr 1 poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli normę EN 1500 oraz EN 12791.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje spełnienia normy EN 1500 oraz EN 12791.

Pytanie 2 (dot. Zadania nr 2, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli normę EN 14476 zamiast EN 16615.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje spełnienia normy EN 16615 w zakresie spektrum: B, Y, F, Tbc oraz spektrum V w oparciu o normę EN 14476.

Pytanie 3 (dot. Zadania nr 3 poz. 1)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 10l o wymiarach zewnętrznych 43 x 29 x 12,5 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 10l o wymiarach zewnętrznych 43 x 29 x 12,5 cm.

Pytanie 4 (dot. Zadania nr 3 poz. 2)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 3l o wymiarach zewnętrznych 29,5 x 20 x 13 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 3l o wymiarach zewnętrznych 29,5 x 20 x 13 cm.

Pytanie 5 (dot. Zadania nr 3 poz. 3)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 2l o wymiarach wewnętrznych 30 x 15 x 10 cm


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wanny do dezynfekcji narzędzi o pojemności 2l o wymiarach wewnętrznych 30 x 15 x 10 cm


KIEROWNIK
Działu Administracji
mgr Irena Guziak

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028