

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-87/24 z dnia 13.11.2024r. **dot. modernizacji rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Prisma 3T dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

### Pytanie 1

Prosimy o określenie jakiego rodzaju modernizacji drzwi do klatki RF wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga modernizacji drzwi do klatki w zakresie min. wymiany uszczelki zapewniającej integrację drzwi z klatką RF wraz z wymianą klamki oraz zamka jak również wykonanie dodatkowego zamka zapewniającego dociągnięcie drzwi. Modernizacji polegającej na malowaniu podlegają również wszystkie drzwi wewnętrzne wraz z futrynami w ilości sztuk 8 oraz 1 drzwi łączące pokój opisów z sterownią (malowanie oraz usprawnienie otwierania)**

### Pytanie 2

Prosimy o informację czy korytarz przylegający do sterowni i pomieszczenia przygotowania pacjenta podlega adaptacji. Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że korytarz łączący sterownię z maszynownią również podlega modernizacji w takim zakresie jak pozostałe pomieszczenia (tj. sterownia i pokój przygotowania pacjenta)**

### Pytanie 3

Prosimy o informację czy luksfery między pomieszczeniem przygotowania pacjenta i sterownią mają zostać zachowane.

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje modernizację tego pomieszczenia i usunięcie/zabudowanie luksfer zamiast, których ma powstać ściana. Zamawiający wymaga przyklejenia fototapety na powstałej ścianie (wybór obrazu/widoku fototapety do konsultacji z Zamawiającym)**

**Pytanie 4**

Prosimy o informację czy gniazda elektryczne w pomieszczeniu opisowym podlegają modernizacji.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, gniazda elektryczne w pomieszczeniu opisowym podlegają modernizacji. Zamawiający wymaga dostosowania gniazd i umieszczenia ich w blacie biurka (po dwa w, każdym w biurku – łącznie 4 gniazda)**

**Pytanie 5**

Wymiana obrzeża biurka technika może skutkować poniszczeniem powierzchni blatu. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na wymianę całego blatu.

**Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na wymianę całego blatu z zapewnieniem tego samego kształtu i wymiarów biurka i obrzeża o grubości ok 2mm, jak również Zamawiający dopuszcza nieznaczne przycięcie blatu i oklejenie istniejącego biurka nową taśmą również o grubości ok 2mm. Modernizacja dotyczy biurka technika. Zamawiający wymaga także wymianę zielonych frontów mebli biurowych.**

  
KIEROWNIK  
Działu Aparatury Medycznej  
inż. Weronika Smolarz

  
Działu Zarządzania i Zaopiekowania  
mgr Urszula Wojcieszek