

Gliwice, dnia 25.11.2024 r.

Nr sprawy: DZ/DT-381-58A-1/24

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy: zapytania ofertowego dot. wzorcowania metodą akredytowaną termometru cyfrowego z sondą zanurzeniową GTH 175/Pt-E produkcji PTW-Freiburg dla tego typu urządzeń.*

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W ogłoszeniu napisano:

"a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej technicznyfg) <http://gliwice.nio.gov.pl>"

- jednak podany adres jest to adres strony www a nie adres e-mail.

Wyżej w ogłoszeniu podany jest adres e-mail, na który piszę niniejszego e-maila.

Bardzo proszę o potwierdzenie, że jest to adres e-mail właściwy do składania ofert?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi na przekazaną informację Zamawiający informuje, że w punkcie 6 ppkt a) ogłoszenia podano adres poczty elektronicznej tj. [techniczny@gliwice.nio.gov.pl](mailto:techniczny@gliwice.nio.gov.pl)

**Pytanie 2:**

Druga kwestia to punkty pomiarowe: w ogłoszeniu ogólnodostępnym podanych jest 5 punktów dla każdego rodzaju sprawdzanego środowiska: "Należy przyjąć punkty pomiarowe: 0stopn.C, 10stopn.C, 20stopn.C, 30stopn.C, 40stopn.C."

Natomiast na Specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik) widnieje zapis „Minimum 3 punkty pomiarowe na każdy rodzaj sprawdzanego środowiska”

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy chodzi o 3 punkty czy o 5 punktów - ma to znaczący wpływ na cenę (3 punkty to wycena standardowa, 5 punktów to już 2 punkty ponad standard i konieczna jest dopłata).


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zamieszcza aktualizację Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

KIEROWNIK  
Działu Zamówień i Sprzedaży  
i Zaopatrzenia  
mgr Urszula Wojcieszek

  
inż. Paweł Ficoch  
Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja  
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12