

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA
AKTUALIZACJA

WZORCOWANIE METODĄ AKREDYTOWANĄ TEMOMETRU CYFROWEGO Z SONDĄ ZANURZENIOWĄ GTH 175/Pt-E PRODUKCJI PTW-FREIBURG DLA TEGO TYPU URZĄDZEŃ
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Lp.	Przedmiot zamówienia	czas realizacji w dniach*	j. m.	ilość	cena jedn. netto odczytu (zł)	wartość netto (zł)	VAT (%)	wartość VAT (zł)	wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)
1	Termometr CYFROWY Z SONDĄ ZANURZENIOWĄ GTH 175/Pt-E PRODUKCJI FREIBURG		szt.	1					

*określa Wykonawca

Całkowita wartość zamówienia netto (zł)	
Całkowita wartość zamówienia brutto (zł)	

WYMAGANIA USŁUGI

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Metoda akredytowana przez PCA	TAK podać	/wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/
2	Pomiar w cieczy oraz powietrzu	TAK	
3	5 punkty pomiarowe na każdy rodzaj sprawdzanego środowiska	TAK	
4	Punkty pomiarowe: 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C	TAK	

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, że posiadania akredytację PCA w zakresie umożliwiających wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
- W cenie Wykonawca winien uwzględnić: przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, wydatki świadectwa wzorcowania, koszty transportu z i do siedziby Zamawiającego.
- Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.
- Okres ważności złożonej oferty - 60 dni

data

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy