


DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego DZ/AA-072-1-45/24 z dnia 27.11.2024r. pn. **dostawa kosza na odpady radioaktywne z ochroną radiologiczną przed emiterami promieniowania beta dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/w zapytania cenowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi:


Pytanie 1 (dot. pkt. 7 zał. 1)

Pokrywa otwiera się za pomocą systemu Kulkowego – prosimy o doprecyzowanie jaki system Zamawiający ma na myśli. Czy chodzi o takie wysuwanie jak na poniższym zdjęciu?



Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje otwierania kłapy kosza na zasadzie wysuwania przykrywy za pomocą systemu rolkowego, jak na poniższym zdjęciu.



**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028



Nr spr. DZ/AA-072-1-45/24
Gliwice dn. 29.11.2024r.

Pytanie 2 (dot. pkt. 7 zał. 1)

Czy Zamawiający dopuści system zamykania pedałowcy, (klapa otwierana do góry) jak na poniższym zdjęciu?




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza system zamykania pedałowcy, pod warunkiem spełnienia parametrów kosza ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.


KIEROWNIK
Działu Administracji

mgr Irena Guziak


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
i Zapobiegania

mgr Urszula Wojcieszek