

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/AM-231-97/24 z dnia 05.12.2024r. **dot. dostawy systemu identyfikacji nerwów** dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pytanie nr 1 do tabeli „Parametry techniczne- system identyfikacji nerwów (minimalne parametry techniczne)- parametry podstawowe, Załącznik nr 1, pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie:

Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami touchproof do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4,5m – 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Pytanie nr 2 do tabeli „Parametry techniczne- system identyfikacji nerwów (minimalne parametry techniczne)- parametry podstawowe, Załącznik nr 1, pkt. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie:

Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami touchproof do połączenia elektrod w chirurgii kolorektalnej wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4,5m- 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3


Pytanie nr 3 do Termin złożenia oferty:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 18.12.2024r.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert cenowych do dnia 16.12.2024r.

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Smolarz

Kierownik
Działu Zarządzania
i Logistyką

mgr Urszula Wojcieszek