

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. dostawy zaworu czerpalnego/ regulatora do sprężonego powietrza medycznego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa zaworu czerpalnego/ regulatora ciśnienia i przepływu do sprężonego powietrza medycznego – 1 szt.

Specyfikacja regulatora do sprężonego powietrza medycznego:

- typ złącza wyjściowego: AGA,
- wyjście gwintowane: 9/16 ", końcówka na dren,
- ciśnienie wejściowe gazu: 4 - 5 bar,
- ciśnienie zredukowane gazu: 0 - 5 bar,
- przepływ wyjściowy: 0 - 15 bar (lub szerszy zakres),
- zakres wskazania manometru: 0 - 20 l/min., 0 - 0,6 Mpa (lub szerszy zakres).

Zawór czerpalny/ regulator musi być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z zakupem i transportem do siedziby Zamawiającego (dostawa będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30) itp.

2. Kryterium: **cena - 100%**
3. Termin realizacji zamówienia: **prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)**
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
 - b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
 - c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
 - d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
 - e) **oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)**

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

5. **Termin złożenia oferty:** do 08.01.2025 r.
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2

KIEROWNIK
Sekcji Górnictwa i Geologicznych
inż. Patryk Wąsik

KIEROWNIK
Zespołu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Daniel Picek

wz. Kierownika DZ/DZ
A. Jasek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028