

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-1/25 z dnia 03.01.2025r. **dot. dostawy zamrażarki farmaceutycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry, posiadające następujące wymiary zewnętrzne: 650x670x853 [szer.x gł.x wys.]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne zamrażarki:
Szerokość 62,6 cm, głębokość 60 cm, wysokość 84,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy: -22 °C do -15 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odpowiedź:

- na parterze
- nie dotyczy
- nie
- nie mniejsze niż 92 cm szerokości i 200 cm wysokości
- nie

Pytanie 5

Prosimy o zgodę na wym. zew. w zakresie głębokości 669 i wysokości 854mm oraz bez oświetlenia wew. Oświetlenie musi być wymagane na etapie produkcji a standardowo nie jest na wyposażeniu zamrażarek. Zamrażarka, którą chcemy zaproponować wyposażona jest w alarmy i port USB do odczytu zarejestrowanych danych.

Temperatury	Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia
Zasilania elektrycznego	Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika
Systemowe	Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego rejestratora danych USB, błąd transmisji danych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie bez oświetlenia wewnętrznego.
Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie o podanych wymiarach.

SPECJALISTA
ds. operatory med. czasu

[Signature]
mgr inż. Krystyna Schmidt

ul. 2. Kłosa-Gliwice DZ/AM

Klasa
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

[Signature]
mgr Urszula Wojcieszek